

**T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

TEKLİF İSTEME FORMU

08/05/2025

İlan No : 2025-05-1750
İstem No : 80527
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ARTER-VEN SET, ERİŞKİN	2000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ARTER-VEN SET ERİŞKİN HEMODİYALİZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AV setin kan pompasına yerleştirilen hattın çapı 6-8 mm olmalıdır. Universal set olmalı ve tüm hemodiyaliz makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Set tek kullanımlık olmalıdır.
3. Arter ucunda i.v. spike ve sirkülasyon adaptörü bulunmalıdır.
4. Arter tarafında heparin, venöz tarafında protamin hattı bulunmalıdır.
5. Arter hattı üzerinde arter yastığı bulunmalıdır.
6. Arter hattı üzerinde bir adet klemp ve infüzyon yolu olmalıdır.
7. Ven hattı üzerinde bir adet klemp ve infüzyon yolu olmalıdır.
8. Ven hattı üzerinde izolatör bulunmalı veya set sayısı kadar izolatör steril biçimde ayrı ayrı paketlenmiş olarak verilmelidir.
9. Ven tarafında drip chamber(hava haznesi) bulunmalıdır.
10. Ven drip chamber'ında pıhtı tutucu filtre olmalıdır.
- 11.Total kan seti hacmi 160ml/dk üzerinde olmamalıdır.
- 12.Setler minimum 300ml/dk kan akımı sağlamalıdır.
- 13.Arter ve ven hattı üzerinde basınç tüpü üzerinde ve yastıkta klemp bulunmalıdır
- 14.Setlerde kırılma kopma olmamalı, fleksible olmalıdır.
- 15.Klempeler bükülebilir, tırnak ayarlı olmalıdır ve tek hamlede kapatılmalıdır.
- 16.Bütün setler torbalı olmalıdır.Ven seti ucunda boşaltım en az 2 litre kapasiteli ve klempili olmalıdır.Torbalar asılabilir özellikte, sıvı klempeleri açıp kapatmaya dayanıklı olmalıdır.
- 17.Setler antialerjik sterilizasyon yöntemi ile veya standart sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
- 18.Teslim edilen malzemenin teslim edildiği tarihten itibaren 2 yıllık kullanım miadı olmalıdır.
19. Ven setin üzerinde bulunan ven haznesinin kan giriş ucu 2cm den fazla olmamalıdır. (Hazne içindeki kan giriş ucu)
20. Şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerindeki etikette ürün cins ve özellikleri, ürün kod numarası, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, ürünün son kullanma tarihi, gerekli uyarılar yazılmalıdır.
- 21.Ürünlerden 2 tane numune gönderilmesi gerekmektedir.

Esra KÖSE
Nefrodiyaliz
Stasiun Hemşire

Prof. Dr. Ahmet Alper KIYKIM
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Dip. Tes. No: 02744