

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

08/05/2025

İlan No : 2025-05-1764
İstem No : 80546
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Nefroloji / Çocuk Nefroloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

G.T

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDIATRİK, 10F, 11-13CM	5	Adet					
2	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDIATRİK, 8F, 11-13CM	5	Adet					
3	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDIATRİK, 5FR, 7-12CM	5	Adet					
4	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, 06-08FR, 10-13CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, 10 FR, 11-13 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
2. Steril şeffaf ve orjinal ambalajında olmalıdır.
3. 10 FR, 11-13 cm boyutlarında olmalıdır.
4. Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.

KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, 8 FR, 11-13 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

5. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
6. Steril şeffaf ve orjinal ambalajında olmalıdır.
7. 8 FR, 11-13 cm boyutlarında olmalıdır.
8. Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.

KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, 5 FR, 7-12 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

9. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
10. Steril şeffaf ve orjinal ambalajında olmalıdır.
11. 5 FR, 07-12 cm boyutlarında olmalıdır.
12. Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.

KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, 06-08 FR, 10-13 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

13. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
14. Steril şeffaf ve orjinal ambalajında olmalıdır.
15. 06-08 FR, 10-13 cm boyutlarında olmalıdır.
16. Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.


Prof. Dr. Ali DEMİRBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastane
Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nefroloji Uzm.
Dip. Tes. No.: 61290-62734


Doç. Dr. Sema SÜRMELİ DOĞAN
Mersin Üniversitesi Hastane
Çocuk Nefrolojisi
Dip. Tes. No.: 132520

KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, 10 FR, 11-13 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
2. Steril şeffaf ve orjinal ambalajında olmalıdır.
3. 10 FR, 11-13 cm boyutlarında olmalıdır.
4. Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.

KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, 8 FR, 11-13 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

5. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
6. Steril şeffaf ve orjinal ambalajında olmalıdır.
7. 8 FR, 11-13 cm boyutlarında olmalıdır.
8. Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.


KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, 5 FR, 7-12 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

9. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
10. Steril şeffaf ve orjinal ambalajında olmalıdır.
11. 5 FR, 07-12 cm boyutlarında olmalıdır.
12. Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.

KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, 06-08 FR, 10-13 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

13. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
14. Steril şeffaf ve orjinal ambalajında olmalıdır.
15. 06-08 FR, 10-13 cm boyutlarında olmalıdır.
16. Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.


Prof. Dr. Ali DELİBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastane
Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nefroloji Uzmanı
Dip. Tes. No.: 61290-62734


Doç. Dr. Serra YÜRMELİ DOĞRU
Mersin Üniversitesi Hastane
Çocuk Nefrolojisi
Dip. Tes. No.: 132570