

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/05/2025

İlan No : 2025-05-1848
İstem No : 80559
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : CİHAZ BAKIM VE ONARIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	6	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesinde; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : DUEDENESKOP		
ENDOSKOPI ÜNİTESİ	Marka : PENTAX		
	Model : ED-348TK		
	Seri No: A120332		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 05.05.2025	Var []	Yok [x]	Var []
			Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda kaçak vardır. İlgili servisi tarafından bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ	Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Köordinatör

Açıklama :	
------------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : KOLONOSKOP		
ENDOSKOPI ÜNİTESİ	Marka : PENTAX		
	Model : EC380LKP		
	Seri No: H122245		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 05.05.2025	Var []	Yok [x]	Var []
			Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda kaçak vardır görüntü kaybı yaşanmaktadır. İlgili servisi tarafından bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ 	 Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Sorumlusu

Açıklama :	
------------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : KOLONOSKOP		
ENDOSKOPI ÜNİTESİ	Marka : PENTAX		
	Model : EC380LKP		
	Seri No: H121242		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 05.05.2025	Var []	Yok [x]	Var []
		Yok [x]	

Arıza Özeti :

Cihazda kaçak vardır görüntü kaybı yaşanmaktadır. İlgili servisi tarafından bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ 	Mersin Üniversitesi Hastanesi Murettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu 	Doç. Dr. Emel DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :	
------------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : DUEDENESKOP		
ENDOSKOPİ ÜNİTESİ	Marka : PENTAX		
	Model : ED-3490TK		
	Seri No: A120932		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 05/05/2025	Var []	Yok [x]	Var [] Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda görüntü kaybı yaşanmaktadır. İlgili servisi tarafından bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ 	Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu 	Doç. Dr. Evren BEŞİRMİNCİ Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :

--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : GASTROSKOP		
ENDOSKOPI ÜNİTESİ	Marka : PENTAX		
	Model : EG-290KP		
	Seri No: G124145		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 05.05.2025	Var []	Yok [x]	Var []
			Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda kaçak vardır. İlgili servisi tarafından bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ 	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DİNCER Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : GASTROSKOP		
ENDOSKOPI ÜNİTESİ	Marka : PENTAX		
	Model :EG-1690K		
	Seri No: A120316		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 05.05.2025	Var []	Yok [x]	Var []
			Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda kaçak vardır görüntü kaybı yaşanmaktadır. İlgili servisi tarafından bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ 	Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu 	Doç. Dr. Evren F. ŞAHİN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :