

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

E3

TEKLİF İSTEME FORMU

15/05/2025

İlan No : 2025-05-1837  
İstem No : 80570  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/05/2025 12:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                   | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | PEDAL BAĞLANTI KABLOSU, CARL ZEISS S8 MİKROSKOP İÇİN | 1      | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



|                                    |                              |           |                  |           |
|------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| Arızayı Bildiren Bölüm             | Cihaz :Cerrahi Mikroskop     |           |                  |           |
| GÖZ HASTALIKLARI<br>AMELİYATHANESİ | Marka :ZEİSS                 |           |                  |           |
|                                    | Model :S8                    |           |                  |           |
|                                    | Seri No:6629183414           |           |                  |           |
|                                    | Demirbaş No:253.3.5/13/70283 |           |                  |           |
|                                    | Garantili                    |           | Bakım Sözleşmeli |           |
| Tarih:05/05/2025                   | Var [ ]                      | Yok [ X ] | Var [ ]          | Yok [ X ] |

Arıza Özeti : Cihazın pedalı çalışmamaktadır. Yapılan kontrolünde pedal kablosunun arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından kablonun yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:  
1 Adet pedal bağlantı kablosu

| Teknik Servis Personeli                                                  | Birim Sorumlusu                                                               | Onay                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Selman ÖCAL<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Biyomedikal Tekniker | <br>NURETTİN DİNÇER<br>MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ<br>BİYOMEDİKAL SORUMLUSU | <br>Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Koordinatör |

Açıklama :

## PEDAL BAĞLANTI KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo Karl Zeis marka S8 model mikroskop cihazının orijinal kablosu olmalıdır.
- 2-Kablo orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Kablo en az 6(Altı) fabrikasyon hatalara karşılık üretici ve yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 4-Kablo cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 5-Ampül CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.

**Selman ÖCAL**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

**NURETTİN DİNÇER**  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
BIYOMEDİKAL SORUMLUSU