

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15.05.2025

EB

İlan No : 2025-05-1833
İstem No : 80571
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : AMPÜL ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	AMPÜL, XENON, 300 WATT	5	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU





Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : SOĞUK IŞIK KAYNAĞI	
ENDOSKOPI ÜNİTESİ	Marka : FUJINON	
	Model : LIGHT SOURCE XL 4450	
	Seri No:-	
	Demirbaş No:253.3.5/20/5894	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih:05/05/2025	Var [] Yok [X]	Var [X] Yok []

Arıza Özeti : Cihazların ışıkları çalışmamaktadır. Yapılan kontrollerinde xenon ampullerinin arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımları mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

5 Adet 300 Watt XENON ampül

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :

XENON AMPÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Ampül Fujinon marka Light Source XL4450 model soğuk ışık kaynağına uyumlu olmalıdır.

2-Ampül, 300 Watt güç değerinde olmalıdır.

3-Ampül orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.

4-Ampül en az 6(Altı) fabrikasyon hatalara karşılık üretici ve yetkili firma garantisinde olmalıdır.

5-Ampül ile beraberinde soğutucu jel de olmalıdır.

6-Ampül CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU