

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

14/05/2025

İlan No : 2025-05-1818
İstem No : 80583
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

104

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DEZENFEKTAN, ALET, PARASETİK ASİTLİ, SIVI FORMDA	500	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DEZENFEKTAN, ALET, PARASETİK ASİTLİ, SIVI FORMDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün aldehit, fenol ve amonyum bileşenleri içermemelidir. Perasetik asit ve hidrojen peroksit kombinasyonu içermelidir, yüksek seviyeli dezenfektan olmalıdır.
2. Ürün sıvı formda kullanıma hazır olmalıdır.
3. Sıvı formda aktivatörü bulunmalıdır. Konsantre teslim edilecek ürünler için kullanıma hazır litre fiyatları verilmelidir.
4. Endoskopların ve tüm cerrahi aletlerin hem manuel olarak hem de yıkama makinelerinde yüksek seviyeli dezenfeksiyonunda kullanılabilmelidir.
5. Endoskop Üreticisi firmalar tarafından verilmiş uygunluk onayına (Olympus, Fujinon, Storz veya Pentax) veya T.C Sağlık Bakanlığı yetkili laboratuvarları tarafından endoskop markaları üzerinde yapılmış (Olympus, Pentax Fujinon gibi) polimer yüzey antikorozyon test raporlarına sahip olmalıdır. Bu belgeler yeterlilik kapsamında sunulmalıdır.
6. Bakterilere (MRSA, VRE, streptokok gibi gram-pozitif bakteriler, genişletilmiş spektrumlu beta – laktamazı olan E.coli gibi enterik bakteriler, Pseudomonas cinsi ve non-fermentif gram-negatif bakteriler, tüberküloz basili), mantarlara (hem maya hemde küf) ve zarflı veya zarfsız virüslere karşı etkili olmalıdır. Etkinliği klinik raporlarla sunulmalıdır.
7. Dezenfektan ile birlikte her 5lt için 5 adet parasetik asitin etkinliğini ölçen test stripleri olmalıdır. Etkinlik ölçen test stripleri dezenfektan ile aynı marka olmalıdır.
8. Dezenfeksiyon tankına alınan solüsyon kullanım sırasında etki kaybı, renk değişimi, tortu oluşmamalıdır. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır.
9. Dezenfektanın orijinal ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve kullanımla ilgili açıklamalar Türkçe yazılı olmalıdır.
10. Ürün, 14 gün süreyle aktivasyonunu devam ettirebilmelidir. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
11. İdarenin gerekli, gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı Laboratuvarları veya kurumca yetkilendirilmiş bir laboratuvar da ürün analizi istenecektir. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
12. İstekli firmalar teklif aşamasında hazırlanacak solüsyonun 20 lt olmasını sağlayacak kadar orijinal ambalajda ürün numunesini ve deneme amaçlı olarak da 5(beş) adet test strubini sunmalıdır.
13. Ürün ile beraber 5(beş) adet 20 lt'lik süzgeçli ve kapalı konteynır bedelsiz olarak verilmelidir.
14. **Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.**

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞİMŞEK BOZOK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Hast. ve Klt. Mik. AD
Dip. Tes. No: 160505

E. Kılıç Hanç
Sevriby Renek
SIT