

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

14/05/2025

A4S

İlan No : 2025-05-1816
İstem No : 80603
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Gastroenteroloji / Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği
Konu : ENDOSKOPİ POLİKLİNİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DEMİRBAŞ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GASTROSKOP, SLİM, HD VİDEO	1	Adet					
2	KOLONOSKOP, ULTRA SLİM, HD VİDEO	1	Adet					
3	ENDOSKOP KURUTMA KABİNİ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Endoskop Kurutma Kabini (EDC Plus Model D 8li)

1. Endoskop kurutma kabini fleksibil endoskop dış yüzeylerinin ve kanallarının otomatik kurutulması ve temizlenip dezenfekte edilmiş fleksibil endoskopların askısında kullanılabilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Endoskop kurutma kabini aynı anda sekiz skop kurutulabilmelidir. İsteğe bağlı olarak ilerde eklenebilecek ek ünitelerle bu sayı 12 ya da 16'ya yükseltilebilmelidir.
3. Endoskop kurutma süresi standart ayarlarda 120 dakika olmalıdır. Bu süre yapılacak ayarlarla 999 saate kadar yükseltilebilmelidir.
4. Endoskop depolama süresi standart ayarlarla 168 saat olmalıdır. Bu süre yapılacak ayarlarla 999 saate kadar yükseltilebilmelidir.
5. Endoskop kurutma kabini kapakları elektromanyetik kapı kilitlerine sahip olmalıdır.
6. Kabin iç derinliği 350mm, skop başına alan 90mm olmalıdır.
7. Cihazın ön panelinde dokunmatik ekran bulunmalıdır, dokunmatik ekran üzerinde aşağıdakiler görüntülenebilmelidir:
 - a. Mevcut proses değerleri (sıcaklık, nem ve basınç),
 - b. Kabin kapısının konumu (açık/kapalı),
 - c. Kalan kurutma süresi dakika veya saat olarak, eğer bu süre aşılsa ALARM işareti
 - d. İşlem durumu proses çubuklarında,
 - e. Endoskopun hangi pozisyonda asılı olduğu,
 - f. Giriş yapan kullanıcının ismi,
 - g. Kabin kapısının kilit durumu,
 - h. Erişim koduyla giriş yapmak için giriş ekranı
8. Dokunmatik ekran üzerinde endoskop pozisyonu butonuna basıldığında endoskopa ve kurutma işlemiyle ilgili detaylı bilgi alınabilmelidir.
9. Cihazın üzerinde RFID okuyucu bulunmalıdır, RFID okuyucu sayesinde skoplar ve kullanıcılar otomatik olarak tanınabilmelidir.
10. Cihaza istenildiğinde işlem bilgilerini yazdırmak için kullanılabilecek bir yazıcı bağlanabilmelidir.
11. İstenildiğinde arşivleme sistemi ile kullanım için TCP/IP network çıkışına sahip olmalıdır.
12. IP42 korumaya sahip olmalıdır.
13. Çalışma sesi 50 dBA altında olmalıdır.
14. Skop bağlantısı için gerekli adaptörleri ile birlikte verilmelidir.
15. Cihazla uygun merkezi basınçlı medikal hava sistemi olmayan kurulumlar için aynı marka hava kurutucu ve filtreleyici ile birlikte verilmelidir.

Arş. Gör. Uzm. Dr. Esra ÇOPUR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme
Mersin Üniv. Tıp Fak. Hast.
Dip. Tes. No: 61290-62734

Prof. Dr. Ali DELİRAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Retiroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 61290-62734

Aliye Erkal

ULTRA-SLIM HD VIDEO KOLONOSKOP

1. HD Video Kolonoskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olup, bölümde bulunan dar bant görüntü işleme teknolojisine sahip video prosesor ve soğuk ışık kaynağı ile tam uyumlu çalışmalıdır
2. HD Video Kolonoskop; vasküler yapı ve mukozayı daha iyi inceleme imkanına sahip real time optikal dar bant görüntü işleme (NBI) teknolojisini desteklemelidir.
3. HD Video Kolonoskop; sahip olduğu yüksek manevra gücü iletimi teknolojisi (responsive insertion technology) ile distal uçtaki açıldırma ergonomik ve 1:1 güç iletimi sağlayarak yapabilmeli, değişken sertlik (variable stiffness) özelliği ile de gerektiğinde cihaz üzerinde bulunan ayar halkasıyla aşamalı olarak cihaz tüp sertliği 3 kademede değiştirilebilmelidir.
4. HD Video Kolonoskop saha görüş açısı 140 derece olmalıdır.
5. HD Video Kolonoskop görüş yönü 0 derece (ileri-görüş) olmalıdır.
6. HD Video Kolonoskop saha görüş derinliği 2-100 mm olmalıdır.
7. HD Video Kolonoskop insersiyon tüp dış çapı 9.5 mm olmalıdır.
8. HD Video Kolonoskop distal uç çapı 9.7 mm olmalıdır.
9. HD Video Kolonoskop enstrüman kanalı çapı 3.2 mm olmalıdır.
10. HD Video Kolonoskop su jeti (water jet) özelliğine sahip olmalıdır. Böylece incelenen bölgeyi kanama gibi durumlarda su ile temizleyerek görüntü netliğini sağlamalıdır.
11. HD Video Kolonoskop açılma kabiliyeti yukarı 180 derece, aşağı 180 derece, sağa ve sola 160 derece olmalıdır.
12. HD Video Kolonoskop toplam uzunluğu en fazla 2000 mm, çalışma uzunluğu en fazla 1680 mm olmalıdır.
13. Cihaz ile birlikte standart setindeki malzemeler verilmelidir.
14. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.

Arş. Gör. Uzm. Dr. Esra ÇOPUR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme
Mersin Üniv. Tıp Fak. Hast.
Dip. No: 61250

Prof. Dr. Ali DELİBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastane
Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nefroloji Uz.
Dip. Tes. No.: 61290-62734

Aliye Erkek