

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

A. YP

TEKLİF İSTEME FORMU

28/05/2025

İlan No : 2025-05-2008
İstem No : 80604
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyasyon Onkolojisi / Radyasyon Onkolojisi Radyoterapi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ŞEFFAF FİLM, SCAR İŞARETLEME İÇİN	500	Adet					
2	CİLT MARKERİ	200	Adet					
3	BAŞ MASKESİ, TERMOPLASTİK	200	Adet					
4	BAŞ-OMUZ MASKESİ, TERMOPLASTİK	200	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli: Yukarı da sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ŞEFFAF FİLM (TEGADERM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, lateks içermeyen, hipoallerjenik yapışkanlı ince bir film sırt yapısında üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün hasta cildini kapatmak ve korumak, nemli ortam sağlamak için, ikinci derecede örtü olarak ve risk altındaki cildi koruyucu örtü kullanıma sunulmuş olmalıdır.
3. Ürün oksijen ve nem buharı alışverişini sağlayan nefes alabilir özellikte olmalıdır
4. Su, sıvı, bakteri ve virüsleri önleyici olmalıdır.
5. Hızlı ve kolay uygulama için orijinal çerçeve sistemi olmalıdır.
6. Kenarların kıvrılmasını önleyen yuvarlak köşeleri olmalıdır.
7. Şeffaf ve kolay gözlemlene sağlamalıdır.
8. Vücut hatlarına kolayca uyum sağlamalı ve vücut ile hareket ederek kullanım süresini uzatmalı, kolayca çıkarılabilir olmalıdır.
9. Germe tekniği ile materyal, örtü tamamen çıkarılana kadar genişleme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Ürün Boyutları: 6x7 cm şeklinde olmalıdır.
11. Tedarikçi firma ISO13485 belgesine sahip olmalıdır.

Doç. Dr. Songül BARIKAZ US
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No.: 385

Dr. Öğrt. Üyesi Eda Bengi YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No.: 89840

TEK KULLANIMLIK CT MARKER TEKNİK ŞARTNAMESİ (V-20)

1. CT görüntülerinde rahatlıkla görülebilmelidir.
2. Artefakt yapmamalıdır.
3. Hastanın cildine yapışmalı ve hastada alerjik etki yapmamalıdır.
4. Radyoopak 2 mm kalınlığında ve küre şeklinde olmalıdır.
5. Kurşun, metal ve saçıcı materyal içermemelidir.
6. Hasta tedavisi boyunca kullanılabilmelidir.
7. Her kutuda en az 100 adet marker bulunmalıdır.
8. Malzemenin CE belgesi olmalıdır.
9. Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Eda Benli YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No.: 89840

Doç. Dr. Songül BARLAZ US
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No.: 385

TERMOPLASTİK IMRT BAŞ OMUZ MASKESİ

- 1) Işın tedavisi sırasında, hasta pozisyonunu sabitlemelidir.
- 2) Hastanın baş ve omuz kısmını sabitlemek amaçlı kullanılmalıdır.
- 3) Tek kullanımlık ve kendinden çerçeveli olmalıdır.
- 4) Maske termoplastik malzemeden gözenekli yapıda olmalıdır.
- 5) Maske $63\pm5^{\circ}\text{C}$ 'deki suda 1-2 dakika içinde yumuşamalıdır.
- 6) Maske, omuzların başlangıç noktasından itibaren kollara doğru $10\pm2\text{cm}$ (on artı eksi iki santimetre) inecek, kalınlığı $2,4\pm0,2\text{mm}$.(iki virgöl dört artı eksi sıfır virgöl iki milimetre) olmalıdır.
- 7) Maskelerin ağız ve burun bölgesi diğer yerlere göre daha büyük gözenekli olmalıdır.
- 8) Maskelerle birlikte her bir maskenin ihtiyacı kadar kilitleme mandallarından yüklenici tarafından temin edilmelidir.
- 9) Uygulama sırasında maskenin çerçevesi, taban plakası üzerinde hasta pozisyonunu değiştirmeyecek şekilde hareketsiz kalmalıdır.
- 10) Cildi tahriş etmeyen, dokuyla uyumlu molekül yapısına sahip olacaktır; saça ve cilde yapışmamalıdır.
- 11) İstenilen sayıda maske ağız, burun, göz, trakeostomi açıklığı ile sağlanmalıdır.
- 12) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır.
- 13) Üretici ISO13485 belgesine sahip olmalıdır.

Dr. Dr. Songül BARLAZ US
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Rad. Radyasyon Onkolojisi
Dp. Tes. No: 385

Eda Bengi YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
1. Onkolojisi
Dp. Tes. No: 385

TERMOPLASTİK IMRT BAŞ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Işın tedavisi sırasında, hasta pozisyonunu sabitlemelidir.
- 2) Hastanın baş kısmını sabitlemek amaçlı kullanılmalıdır.
- 3) Tek kullanımlık ve kendinden çerçeveli olmalıdır.
- 4) Maske termoplastik malzemeden gözenekli yapıda olmalıdır.
- 5) Maske $63\pm 5^{\circ}\text{C}$ 'deki suda 1-2 dakika içinde yumuşamalıdır.
- 6) Maskelerin ağız ve burun bölgesi diğer yerlere göre daha büyük gözenekli olmalıdır.
- 7) Maskelerle birlikte her bir maskenin ihtiyacı kadar kilitleme mandallarından yüklenici tarafından temin edilmelidir.
- 8) Uygulama sırasında maskenin çerçevesi, taban plakası üzerinde hasta pozisyonunu değiştirmeyecek şekilde hareketsiz kalmalıdır.
- 9) Cildi tahriş etmeyen, dokuyla uyumlu molekül yapısına sahip olacaktır; saça ve cilde yapışmamalıdır.
- 10) Termoplastik, en fazla 3 dakikada hastanın yüz şeklini almalıdır.
- 11) Maske, uygulandıktan sonra minimum daralma ve esnemeye sahip olmalıdır.
- 12) Her maskede aynı kalite sağlanmalıdır.
- 13) İstenilen sayıda maske ağız, burun, göz açıklığı ile sağlanmalıdır.
- 14) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı olmalıdır.
- 15) Üretici ISO13485 belgesine sahip olmalıdır.

Doç. Dr. Songül BARLAZ US
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No.: 385

Dr. Öğr. Üyesi Eda Deniz YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No.: 89840