

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

14/05/2025

İlan No : 2025-05-1813
İstem No : 80605
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNTRODUCER SET, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK, DÜZ UÇLU, 7F, 65CM	5	Adet					
2	İNTRODUCER SET, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, HİDROFİLİK, DÜZ UÇLU, 7F, 70CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

UZUN INTRODUCER SET

- Sheath 45 cm, 55 cm, 65 cm, 70 cm ve 90 cm seçenekleri olmalıdır.
- Sheath 5F, 6F, 7F ve 8F olmalıdır.
- Sheath, 0,038 inch guidewire ile uyumlu olmalıdır.
- Sheath Straight, Açılı ve Multipurpose uç şekillerinden birine sahip olmalıdır.
- Sheath'ın distal kısmında görünürlüğü arttırmak için bir marker bulunmalıdır.
- Sheath'ın düşük penetrasyon direnci ve kolay girişi için telden dilatöre ve dilatörden sheathe düzgün bir geçiş olmalıdır.
- Sheath kink yapmamalı ve esnek olmalıdır.
- Sheath, yapısından dolayı güçlü bir back up desteğine sahip olmalıdır.
- Sheath'ın özel olarak dizayn edilmiş uç kısmı damar travmasını minimize etmelidir.
- Sheath'ın valf kısmında bulunan dizaynı aletlerin kolay geçişine izin vermelidir ve girişim sırasında kanın geri kaçışını engellemelidir.
- Sheath'ın dilatörü yerine kilitlenmeli olmalı ve olası hava kabarcıklarını görmeyi sağlamalıdır.
- Sheath, tekli paketler haline olup, son kullanma tarihi kutunun üzerinde belirtilmelidir.


Dr. Cevat ÖZK
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi
Doktorası 48700


Prof. Dr. Engin KARA
MERSİN Sağlık Araştırma
ve Eğitim Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Doktorası 48700/74343