

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

14/05/2025

İlan No : 2025-05-1814
İstem No : 80623
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : HASTANE İÇİN MDF ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MDF, HAM, 18MM	40	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HAM MDF TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- E 1 EMİSYON SINIFINDA ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR
- 2- 1. SINIF KALİTEDE OLMALIDIR.
- 3- PÜRÜZSÜZ VE DÜZGÜN BİR YÜZEYE SAHİP OLMALIDIR
- 4- ÜRETİMİNDE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ZARARLI HERHANGİ BİR MADDE İÇERMEMELİDİR.
- 5- ISIYA VE NEME KARŞI YÜKSEK DAYANIKLI OLMALIDIR
- 6- ÖLÇÜLERİ (EBATLARI) 18MM X 210CM X 280CM OLMALIDIR
- 7- 40 (PALAKA) ADET OLMALIDIR
- 8- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILMALIDIR

Sevli Öz
Düveli

Ü. MUHSİN TOROSLU
Makina Teknikeri