

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

14/05/2025

İlan No : 2025-05-1817
İstem No : 80626
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DREN, JACKSON PRATT, YASSI, 4MMX10MM	400	Adet					
2	DREN, JACKSON PRATT, YASSI, 4MMX13MM	400	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1.DREN, JACKSON PRATT, YASSI, 4MMX10MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Negatif basınçla drenaj yapabilecek özellikte olmalıdır.
2. Steril ambalajda flat (düz) dren uç kısmı ve rezervuar bulunmalıdır.
3. Drenlerin içi oluklardan oluşturulmuş, uygulandığı doku içinde kolay drenaj yapabilecek özellikte, uç kısımları da kolay tıkanmayacak şekilde delikli olmalıdır.
4. Drenler kolayca kopmayan, yırtılmayan ve yumuşak yapıda olmalıdır.
5. Rezervuarın 150-250 cc arası sıvı hacmi olmalı ve kullanım sırasında geri sıvı kaçırmayacak özellikte valfi bulunmalıdır.
6. Rezervuarda sıvı boşaltmak için açılır kapanır kapak bulunmalıdır. Sıvının görülmesine müsaade edecek şekilde şeffaf olmalıdır.
7. Hacim işaretleri kolay ölçüm sağlamalıdır.
8. Düşük basınçlı dizaynı sürekli yumuşak vakum sağlamalı ve doku travmasını minumuma indirme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Drenin absorbe eden (uç) kısmı 4mmx10 mm ve (flat) düz yapıda olmalıdır.
10. Rezervuarı güvenli takmak için asacak veya yatak ucu klipsi bulunmalıdır.

2. DREN, JACKSON PRATT, YASSI, 4MMX13MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Negatif basınçla drenaj yapabilecek özellikte olmalıdır.
2. Steril ambalajda flat (düz) dren uç kısmı ve rezervuar bulunmalıdır.
3. Drenlerin içi oluklardan oluşturulmuş, uygulandığı doku içinde kolay drenaj yapabilecek özellikte, uç kısımları da kolay tıkanmayacak şekilde delikli olmalıdır.
4. Drenler kolayca kopmayan, yırtılmayan ve yumuşak yapıda olmalıdır.
5. Rezervuarın 300-400 cc arası sıvı hacmi olmalı ve kullanım sırasında geri sıvı kaçırmayacak özellikte valfi bulunmalıdır.
6. Rezervuarda sıvı boşaltmak için açılır kapanır kapak bulunmalıdır. Sıvının görülmesine müsaade edecek şekilde şeffaf olmalıdır.
7. Hacim işaretleri kolay ölçüm sağlamalıdır.
8. Düşük basınçlı dizaynı sürekli yumuşak vakum sağlamalı ve doku travmasını minumuma indirme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Drenin absorbe eden (uç) kısmı 4mmx13 mm ve (flat) düz yapıda olmalıdır.
10. Rezervuarı güvenli takmak için asacak veya yatak ucu klipsi bulunmalıdır.

Doç. Dr. Hüseyin BOZKURT
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı
T.C. No: 102025

Prof. Dr. Fahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
T.C. No: 102033