

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

14/05/2025

İlan No : 2025-05-1820
İstem No : 80627
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YARA KORUYUCU, RETRAKTÖR, DİSPOSABLE, HALKA ÇAPI:55-65MMX65-75MM, KANAL GENİŞLİĞİ:55-65MMX145-155MM	25	Adet					
2	YARA KORUYUCU, RETRAKTÖR, DİSPOSABLE, HALKA ÇAPI:75-85MMX85-95MM, KANAL GENİŞLİĞİ:75-85MMX145-155MM	25	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TEK KULLANIMLIK YARA KORUYUCU RETRAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ (60/70-60/150) (s boy) 20-40mm

1. Teklif edilen ürün tek kullanımlık olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün açık cerrahi ve laparoskopik ameliyatlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün kesi kirliliğini, cerrahi alet yaralanmasından oluşan kesikleri, karın duvarı ile rezekte edilmiş organların birleşmesini önlemek ve yarayı nemli tutmak için tasarlanmış olmalıdır.
4. Lateks içermemelidir.
5. Yara koruyucu minimum kesi boyutu ile maksimum açıklığa ulaşabilmeli, atravmatik olarak geri çekilmiş bir yara vasıtasıyla karın boşluğuna girmesine olanak sağlamalıdır.
6. Yara koruyucunun halkaları kullanım kolaylığı için rahat ayarlanabilir, çevirilebilir olmalıdır.
7. Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümündeki halkası ince olmalıdır.
8. Yara koruyucu dayanıklı materyalden imal edilmiş olup kolay yırtılmamalıdır.
9. İki veya üç cihaz aynı anda koruyucu kanaldan geçebilmelidir.
10. İşlem sırasında doğru yerleştirilebilmesi için üst halkası beyaz, alt halkası mavi renkte olmalıdır.
11. Yara koruyucu cerrahi bölgede enfeksiyon oranını azaltmalı ve kanserli hücrelerin kendini beslemesini engellemelidir.
12. Yara koruyucu geleneksel ekartör kullanımından kaynaklanan baskıyı ve yorgunluğu azaltmalıdır.
13. Yara koruyucunun üst halkasının çapı 60 mm, alt halkasının çapı 70 mm, kanal genişliği 60 mm ve yüksekliği 150 mm ölçülerinde olmalıdır.
14. Ürünler numune denenerek uygunluk verilecektir.
15. Teklif edilen ürün Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olmalıdır.

Doç. Dr. HİMET BÖKÜKÜ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahi ve Gastroenteroloji Uzmanı
Tic. No: 18025

Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
Tic. No: 102033

TEK KULLANIMLIK YARA KORUYUCU RETRAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ (80/90-80/150) (25-60mm)

1. Teklif edilen ürün tek kullanımlık olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün açık cerrahi ve laparoskopik ameliyatlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün kesi kirliliğini, cerrahi alet yaralanmasından oluşan kesikleri, karın duvarı ile rezekte edilmiş organların birleşmesini önlemek ve yarayı nemli tutmak için tasarlanmış olmalıdır.
4. Lateks içermemelidir.
5. Yara koruyucu minimum kesi boyutu ile maksimum açıklığa ulaşabilmeli, atravmatik olarak geri çekilmiş bir yara vasıtasıyla karın boşluğuna girmesine olanak sağlamalıdır.
6. Yara koruyucunun halkaları kullanım kolaylığı için rahat ayarlanabilir, çevirilebilir olmalıdır.
7. Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümündeki halkası ince olmalıdır.
8. Yara koruyucu dayanıklı materyalden imal edilmiş olup kolay yırtılmamalıdır.
9. İki veya üç cihaz aynı anda koruyucu kanaldan geçebilmelidir.
10. İşlem sırasında doğru yerleştirilebilmesi için üst halkası beyaz, alt halkası mavi renkte olmalıdır.
11. Yara koruyucu cerrahi bölgede enfeksiyon oranını azaltmalı ve kanserli hücrelerin kendini beslemesini engellemelidir.
12. Yara koruyucu geleneksel ekartör kullanımından kaynaklanan baskıyı ve yorgunluğu azaltmalıdır.
13. Yara koruyucunun üst halkasının çapı 80 mm, alt halkasının çapı 90 mm, kanal genişliği 80 mm ve yüksekliği 150 mm ölçülerinde olmalıdır.
14. Ürünler numune denenerek uygunluk verilecektir.
15. Teklif edilen ürün Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olmalıdır.

Doç. Dr. Hilmi DOZKURT
Mardin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Uzmanı
T.C. No: 102025

Prof. Dr. Fahsin ÇOLAK
Mardin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi AB
Dip. No: 102033