

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/05/2025

İlan No : 2025-05-1847
İstem No : 80667
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	RİBOFLAVİN SOLÜSYONU, HİPOTONİK	10	Adet					
2	RİBOFLAVİN SOLÜSYONU, İZOTONİK	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

RİBOFLAVİN SOLÜSYONU, HİPOTONİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Riboflavin keratonokusun ilerlemesini durdurmak için yapılan corneal crosslinking uygulaması sırasında kullanılmalıdır.
2. Her bir ürün ışık geçirmeyen ambalajlarda steril olmalı her ambalajın içerisinde steril kanül çıkmalıdır.
3. Riboflavinler Hipotonik özellikli, en az 1,5ml olmalıdır. Ürün dextran içermemelidir. Hipotonik riboflavinin 100 ml içerisinde en az 0.1 g Riboflavin, bulunmalıdır.
4. Ürünlerin barkod ya da kontör sistemi olmamalıdır. Barkod ve kontör sistemi olmayan her crosslinking cihazı ile uyumlu çalışabilmelidir.

RİBOFLAVİN SOLÜSYONU, İZOTONİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Riboflavin keratonokusun ilerlemesini durdurmak için yapılan corneal crosslinking uygulaması sırasında kullanılmalıdır.
2. Her bir ürün ışık geçirmeyen ambalajlarda steril olmalı her ambalajın içerisinde steril kanül çıkmalıdır.
3. İzotonik riboflavinler en az 1.5 ml olmalıdır. Ürün dekstran içermemelidir. 100 ml içinde en az 0,1 g riboflavin içermelidir.
4. Korneayı inceltmemek için Hidroksipropilmetilseliloz (HPMC) içermelidir. 100 ml içinde 1.1 g Hidroksipropilmetilseliloz (HPMC) riboflavin içermelidir.
5. Ürünlerin barkod ya da kontör sistemi olmamalıdır. Barkod ve kontör sistemi olmayan her crosslinking cihazı ile uyumlu çalışabilmelidir.

Yrd. Doç. Dr. Özer DURSUN
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Polikliniği
Diy. Tes. No: 1400

Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastahane
Te. Tes. No: 1400