

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/09/2025

İlan No : 2025-09-3335
İstem No : 80673
Alım No :
Talep Eden Birim : Anestezi ve Reanimasyon / Anestezi
Konu : KABLO ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KABLO, ARA BAĞLANTI, EKG, DRAGER VİSTA MARKA CİHAZA UYUMLU	10	Adet					
2	ARA BAĞLANTI KABLOSU, SATURASYON PROBU İÇİN, DRAGER VİSTA MARKA CİHAZA UYUMLU	10	Adet					
3	KABLO, EKG, ANESTEZİ CİHAZI İÇİN, DRG	20	Adet					
4	KABLO, MULTIMED, ANESTEZİ CİHAZI İÇİN	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanı aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,

8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

EKG Ara Kablosu Teknik Şartnamesi

1. Kablo teknolojik bütünlüğü sağlaması için hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka monitör cihazlarının orijinal parçası olmalıdır.
2. Kablonun uzunluğu en az 1 metre olmalıdır.
3. Kablo renk kodlu olmalıdır.
4. EKG kablosu cihazların EKG kanalı milivolt testlerinden geçebilmelidir. Firmalar bunun için demo ünitelerini hazır tutmalı ve numune onayı almalıdır.
5. Kablo üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
6. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
7. Kablo cihaz ile aynı firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Nurettin DİNÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 120453

Prof. Dr. Handan BİRBİÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 1052

NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BIYOMEDİKAL SORUMLUSU

SpO2 Kablosu Draeger Vista 120 Teknik Şartnamesi

1. Satürasyon probu kablosu teknolojik bütünlüğü sağlaması için hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger Vista 120 marka monitör cihazlarının orijinal parçası olmalıdır.
2. SpO2 probunun monitörle bağlantısını sağlayacak özellikte olmalıdır.
3. Kablo uzunluğu 1m veya 2m olmalıdır.
4. Kablo üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
7. Numune onayı alınmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Levant ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 120453

Prof. Dr. Handan BİRBİÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 1052

NURETTİN BİNÇER

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

3 LEAD EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kablo hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka Vista 120 model monitor cihazların orjinal yedek parçası olmalıdır.
2. Kablo 3 lead olmalıdır.
3. Yetişkin ve pediatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
4. Kablonun uzunluğu en az 1 m. olmalıdır.
5. Ara kablo, kablo karışıklığına ve dağınıklığına izin vermeyecek şekilde tek kablo olmalıdır.
6. Tüm led bağlantıları aynı kablo içerisinde geçecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Her bir giriş, aynı kablo üzerinde vücuda bağlantı sırasına göre ayrı renk koduyla sıralı olmalıdır.
8. Girişler, kesintisiz temas için kilitli sistemli olmalıdır. Elektrodalara rahatça oturmalıdır. Kilitler kolayca açılabilmelidir.
9. Kablo sağlam olmalı ve kolayca dezenfekte edilebilmelidir.
10. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
11. Kablo üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
12. Kablo cihaz ile aynı firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
13. Numune onayı alınmalıdır

Dr. Öğrt. Üyesi Levent ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No. 120453

Prof. Dr. Handan BİRBİÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No. 1052

NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

MULTIMED MODÜL KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Multimed modül kablosu teknolojik bütünlüğü sağlaması için hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka monitör cihazlarının orijinal parçası olmalıdır.
2. Çift pimli 3 veya 5 Lead EKG kablosu, sıcaklık kablosu ve SpO2 kablolar Multimed Pod'a kolaylıkla takılıp çıkartılabilmeli, bu işlem sırasında bağlantı tırnakları herhangi bir hasar görmemeli, pod üzerinden monitör bağlantısı tek bir kablo ile yapılmalı ve böylece kablo karmaşası ortadan kaldırılmalıdır
3. 1,5 metre ve 2,5 metre uzunluğunda seçenekleri olmalıdır.
4. Modül için firmalar demo ünitelerini hazır tutmalı ve numune onayı almalıdır.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
7. Numune onayı alınmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Levent ÜDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 120453

Prof. Dr. Handan BİRBİÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 1052

MURATTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
CİYERİKLİK BÜRÜMLÜSÜ

SpO2 Kablosu Teknik Şartnamesi

1. Satürasyon probu kablosu teknolojik bütünlüğü sağlaması için hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka monitör cihazlarının orijinal parçası olmalıdır.
2. SpO2 probunun monitörle bağlantısını sağlayacak özellikte olmalıdır.
3. Kablo uzunluğu 1m veya 2m olmalıdır.
4. Kablo üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
7. Numune onayı alınmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Ferit ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 120453

Prof. Dr. Handan BİRBİÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 1052

NURİTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SATIN ALMA VE PLANLAMA BİRİMİ

İstem numarası 80673 numaralı malzemelerin elimizde mevcut 19 adet drager marka anestezi cihazı monitörü ve 7 adet drager marka anestezi cihazı Vista marka monitörü için istenmiştir.20 ameliyathane odasında 7 sinde kablo eksikliğinden dolayı portable puls oksimetre cihazı kullanılmaktadır. İhale sürecindeki numelerin uygunsuzluk almasından dolayı ivedilik açısından doğrudan temin yoluyla ürünler alınmak istenmektedir.

Sertan YİĞİTER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Sorumlu Anestezi Teknikeri

Doç. Dr. Mustafa AZİZOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hastaneleri ve Reanimasyon
Dip. Tesis No: 19831