

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/05/2025

İlan No : 2025-05-1882
İstem No : 80685
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : TÜP, ENDOTRAKEAL ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:4	15	Adet					
2	TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:4.5	25	Adet					
3	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:5.5	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:4 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Düşük basınçlı balona sahip olmalıdır.
2. Pilot balon olmalıdır.
3. Pilot balonun ucunda luer ve luer-lock enjektör giriş yeri olmalıdır.
4. Radyopak olmalıdır.
5. Nazal, oral kullanımına uygun olmalıdır.
6. Tüpün dış ucunda büyüklük ölçüleri yazılı olmalıdır.
7. Murphy gözü olmalıdır.
8. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
9. Latex içermemelidir.
10. Tüp I.D 4.0 mm, O.D en çok 7.1 ve uzunluk en az 240 mm olmalıdır.
11. Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

TÜP, ENDOTRAKEAL, SİRALLİ, BALONLU, NO:4.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Düşük basınçlı balona sahip olmalıdır.
2. Pilot balon olmalıdır.
3. Pilot balonun ucunda luer ve luer-lock enjektör giriş yeri olmalı
4. Radyopak olmalıdır.
5. Nazal, oral kullanımına uygun olmalıdır.
6. Tüpün dış ucunda büyüklük ölçüleri yazılı olmalıdır.
7. Murphy gözü olmalıdır.
8. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
9. Latex içermemelidir.
10. Tüp I.D 4.5 mm, O.D en çok 7.6 ve uzunluk en az 265 mm olmalıdır.
11. Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Levant ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Reanimasyon

Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa AZIZOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Min. Tes. No.: 99631

TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:5,5,6,6,5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve kafsız olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır.
9. Latex içermemelidir.
10. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, latex içermemektedir ibaresi bulunmalıdır.


Dr. Öğrt. Üyesi Ashur SAGUN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 125751


Dr. Öğrt. Üyesi Levent ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon