

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

A45

TEKLİF İSTEME FORMU

26/05/2025

İlan No : 2025-05-1965
İstem No : 80687
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	TİTANYUM PROTEZ, PARSİYAL, PORP, TTP	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli: Yukarı da sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

PARTIAL TİTANYUM PROTEZ (PORP)

1. Kulak Protezi komple saf titanyumdan (ASTM-F67) üretilmiş olacaktır.
2. Baş kısmı 2,5 x 3,5 mm shaft 0,2 mm olacaktır.
3. Uzunluk 1,5 – 5,0 mm arasında ve kademesiz olarak istenilen uzunlukta boyu protezden herhangi bir kesme işlemi yapılmadan esnetilerek ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
4. Protez boyunu ayarlamak için veya kesmek için herhangi bir cerrahi alet yada makasa ihtiyaç duyulmamalıdır.
5. Protezin boyu herhangi bir ölçü birimine ihtiyaç duyulmaksızın boyu esnetme ve sıkıştırma yöntemi ile ayarlanmalı kesici veya sıkıştırma için özel bir alet gerektirmemelidir.
6. Protezin boyu hiçbir şekilde kesilmemelidir.
7. Ürün gamma ile steril edilmiş olmalıdır.
8. Maksimum 3 tesla dozajında bir manyetik rezonans tomografi muayenesi olacak bir hastada bu implant hasta için tehlike oluşturmamalıdır.
9. Tesla ve manyetik rezonansa dayanıklı olduğu kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.
10. CE belgeli olmalıdır.
11. Ürün ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır, Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üye, Kemal Koray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 165528

Prof. Dr. Kemal GÖRÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.D.
Dip. Tes. No.: 165528