

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/05/2025

İlan No : 2025-05-1884
İstem No : 80703
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Androloji Laboratuvarı
Konu : LAVORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Aç

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SPERM AYRIŞTIRMA MEDYUMU, %90 LİK	200	ML					
2	SPERM AYRIŞTIRMA MEDYUMU, %45 LİK	200	ML					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SPERM AYRIŞTIRMA MEDYUMU ,%45'lik TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. IUI ve IVF işlemlerinde spermilerin hazırlanması için yoğunluk artırıcı santrifüj tekniği ile çalışmalıdır.
2. Sperm Ayırıştırma Medyumu; 50 ml %45 yoğunluğa sahip, HSA ve antibiyotik içeren Sperm Yıkama Medyumu ile hazırlanmış olmalıdır.
3. Medyum protein kaynağı olarak Human Serum Albumin (HSA) içermelidir.
4. Medyum olası enfeksiyonu önlemek için antibiyotik (Gentamicin) içermelidir.
5. Medyum implantasyon oranlarını artıran KSOM medyum tabanlı olmalıdır.
6. Endotoksin, Sterilite ve diğer güvenlik testleri yapılmış olmalıdır.
7. Bütün ürünler borosilikat medikal grade cam şişede, mühürlü teflon kaplı kapaklı ve bakteri üretmeyen karton dış kutu ambalajında olmalıdır. Ayrıca ısı değişimlerine karşı medyumu koruyan ve şişe etrafında hava akımını sabit tutan karton bir iç ambalaja da sahip olmalıdır.
8. **İhale sıra numarası 43. Sperm Ayırıştırma Medyumu, %90 lık ile uyumlu olmalı, bir seriden olmalı ve aynı firmadan temin edilmesi gerekmektedir**

SPERM AYRIŞTIRMA MEDYUMU ,%90'lık TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. IUI ve IVF işlemlerinde spermilerin hazırlanması için yoğunluk artırıcı santrifüj tekniği ile çalışmalıdır.
2. Sperm Ayırıştırma Medyumu; 50 ml % 90 yoğunluğa sahip, HSA ve antibiyotik içeren Sperm Yıkama Medyumu ile hazırlanmış olmalıdır.
3. Medyum protein kaynağı olarak Human Serum Albumin (HSA) içermelidir.
4. Medyum olası enfeksiyonu önlemek için antibiyotik (Gentamicin) içermelidir.
5. Medyum implantasyon oranlarını artıran KSOM medyum tabanlı olmalıdır.
6. Endotoksin, Sterilite ve diğer güvenlik testleri yapılmış olmalıdır.
7. Bütün ürünler borosilikat medikal grade cam şişede, mühürlü teflon kaplı kapaklı ve bakteri üretmeyen karton dış kutu ambalajında olmalıdır. Ayrıca ısı değişimlerine karşı medyumu koruyan ve şişe etrafında hava akımını sabit tutan karton bir iç ambalaja da sahip olmalıdır.
8. **İhale sıra numarası 42. Sperm Ayırıştırma Medyumu, %45 lik ile uyumlu olmalı, bir seriden olmalı ve aynı firmadan temin edilmesi gerekmektedir**

Prof. Dr. Hasan Erdal DORU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji
Diy. Res. No.: 4024255177

Prof. Dr. Erdem AKBAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Diy. Res. No.: 6085-37117