

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/05/2025

İlan No : 2025-05-1967
İstem No : 80719
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) / Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)
Konu : SARF MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	CAM İYONOMER LİNER, IŞIKLA SERTLEŞEN	100	Kutu					
2	GÜTA PERKA, NO:15-40 DENTAL AMAÇLI	100	Kutu					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli: Yukarı da sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

CAM İYONOMER LİNER, IŞIKLA SERTLEŞEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Rezin modifiye cam iyonomer esaslı olmalıdır.
2. Anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun olmalıdır.
3. Işıklı polimerize olmalıdır. Florid serbestleştirmelidir.
4. Diş sert dokuları ile biyolojik olarak uyumlu olmalıdır.
5. Radyopak olmalıdır.
6. En az 2 dakika uygulama süresi olmalıdır ve 20 saniye ışık uygulanması ile polimerize olmalıdır.

GÜTA PERKA, NO:15-40 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, diş hekimliğinde kanal dolgu materyali olarak kullanılan ISO 15-40 numaraları arasında assorted (karışık) gutta percha konlarından oluşmalıdır.
2. Her kon, 0.04 konikliğe (taper) sahip olmalı ve ISO 6877 standardına uygun ölçülerde üretilmiş olmalıdır.
3. Konlar esnek yapıda olup kanal anatomisine uyum sağlayabilmeli, aynı zamanda kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Ürünler tek kullanımlık olup steril olmayan orijinal üretici ambalajında sunulmalıdır.
5. Ambalaj içerisinde en az 60 adet gutta percha kon bulunmalıdır.
6. Ürünler ISO renk kodlamasına uygun şekilde kodlanmış olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici firma bilgileri, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi, taper değeri ve ISO numaraları açıkça yazılmış olmalıdır.
8. Ürün CE belgeli olmalı, tercihen ISO 13485 kalite sistemine sahip firmalarca üretilmiş olmalıdır.
9. Ürün Sağlık Bakanlığı ÜTS/UBB kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır.
10. Teklif veren firma, ürünle birlikte teknik doküman, katalog ve gerekirse numune sunabilmelidir.

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan

Prof. Dr. Fethi ATIL
Dekan