

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/06/2025

İlan No : 2025-06-2368
İstem No : 80752
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM KİTİ, DRAGER PRIMUS ANESTEZİ İÇİN	11	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Primus Anestezi cihazı 3 Bakım Kiti Teknik Şartnamesi

1. Servis seti hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka Primus model anestezi cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.
2. Servis seti, üretici firmanın cihaz için uygun gördüğü 3.yıl servis seti içeriğine sahip olmalıdır. Servis setinin içeriği üretici tavsiyesi ile uymayan malzemeler kabul edilmeyecektir.
3. Servis seti, tek bir kutu içerisinde ve aynı firma üretimi olacak, toplama parçalardan oluşmayacaktır.
4. Servis seti yüklenici firma tarafından cihaza takılacak, cihazın üretici firma prosedürlerine göre bakımını yapacak ve bakım sonrası yapılan kontrolleri içeren detaylı servis raporu verecektir.
5. Servis seti değişiminden sonra cihazlarda 1 (bir) yıl boyunca arıza olduğunda yüklenici firma arıza tespitini ücretsiz olarak yapacaktır.
6. Yüklenici firma, servis setini değiştirmek ve arıza tespiti yapmak için üretici firma veya onun yetkilendirdiği firmadan alınmış cihaza ait eğitim sertifikası olan personel çalıştırmalıdır. Sertifika son 3 yıl içerisinde verilmiş olmalıdır.
7. Yüklenici firmanın cihaza ait hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
8. Tüm istenilen belgeler teklif ekinde sunulmalıdır. Eksik belgesi olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


BURAK GÖÇER
BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ


NÜRETTİN DİNCER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BIYOMEDİKAL SORUMLUSU



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : ANESTEZİ CİHAZI 11 ADET ✓		
AMELİYATHANE ANESTEZİ	Marka : DRAGER ✓		
	Model : PRİMUS ✓		
	Seri No:		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 16.06.2025	Var []	Yok [x] ✓	Var []
			Yok [x] ✓

Arıza Özeti :

Cihazın yapılan kontrollerde bakım kitlerinin değişmesi gerektiği gözlenmiştir. Periyodik bakımları sırasında 3 yıllık bakım kitlerinin değişmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÖÇER BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. İsmail Hakkı YILMAZ Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :

TALEP BİLGİ FORMU

Bulunduğu Bölüm	AMELİYATHANE ANESTEZİ ✓
Cihaz Adı	ANESTEZİ CİHAZI 11 ADET ✓
Marka	DRAGER ✓
Model	PRİMUS ✓
Seri Numarası	
Cihaz Çalışır Durumdamı ?	EYET (X) ✓ HAYIR ()
Garanti Bilgileri	YOKTUR ✓
Bakım Sözleşmesi Yapılan Firma	VARDIR. DRAGER MEDİKAL ✓

Cihaz Ek Bilgileri

Cihazların uzun süreli ve sağlıklı çalışması için 3 yıllık bakım kitlerinin değişmesi gereklidir.

KURAK GÖÇER
BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu