

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AK

28/05/2025

İlan No : 2025-05-2004
İstem No : 80761
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	OKSİJEN SENSÖRÜ, ENVİTEC SPO 2 CİHAZI İÇİN	4	Adet					
2	OKSİJEN SENSÖRÜ ARA KABLOSU, ENVİTEC SPO 2 CİHAZI İÇİN	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.


OKSİMETRE ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo ENVİTEC marka My Signo model oksimetre cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Kablo dış yapısı esnek elastik yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Kablo yapısı kıvrımlı uzama özelliğine sahip olmalıdır.
- 4-Kablo bağlantı uçları tak çıkar soket özelliğine sahip olmalıdır.
- 5-Kablo, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 6-Kablo, cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

OKSİJEN SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sensör ENVİTEC marka My Signo model oksimetre cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Sensör orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Sensör, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 4-Sensör üzerinde üretim ve son kullanım tarihi belirtilmelidir.
- 5-Sensör, cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.


Selman OCAL
M.Ü. Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


NURETTİN DİNGER
MERZİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : SPO2 ölçüm Cihazı(4 Adet)	
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ	Marka : ENVİTEC	
	Model : My Signo	
	Seri No:101195-101194-100503-100508 Demirbaş No:253.3.6/13/104894	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih:16/05/2025	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : Cihazlar çalışmamaktadır. Yapılan kontrollerinde ara kablo ve sensörlerinin arızalandığı tespit edilmiştir. Onarımları mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
4 adet oksijen sensörü
4 Adet oksijen sensörü ara kablosu

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :