

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

28/05/2025

AK

İlan No : 2025-05-2005
İstem No : 80762
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TANSİYON MOTORU, 12V, HASTA BAŞI MONİTÖRÜ İÇİN, PHILIPS MARKA UYUMLU	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
 - 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TANSİYON MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Motor, PHILIPS marka EFFİCİA CM 120 hastabaşı monitörüne uyumlu olmalıdır.
- 2-Motor CE(Güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 3-Motor cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.
- 4-Motor en az 6(altı) ay üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Motor 12 V DC çalışma değerlerinde olmalıdır.

İSMAİL YILDIRIM
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ



Mersin Üniversitesi Hastanesi

Murettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu





T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : HASTA BAŞI MONİTÖR		
ONKOLOJİ YOĞUN BAKIM	Marka : PHILIPS		
	Model : CM 120		
	Seri No: CN92345640 - CN92345634 - CN92345631		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 15/05/2025	Var []	Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti :

Hasta başı monitörler tansiyon ölçmemektedir. Yapılan kontrollerde cihaza ait tansiyon motorunun arızalı olduğu tespit edilmiştir cihazın faal olarak çalışması için tansiyon motorunun değişmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

3 ADET 12V DC TANSİYON MOTORU

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
İSMAİL YILDIRIM BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ	NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BIYOMEDİKAL SORUMLUSU	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :