

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

23/05/2025

İlan No : 2025-05-1950
İstem No : 80776
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

G-T

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	TUZ, TABLET, SU ARITMA CİHAZI	3000	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
 - 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az iki defa rafine edilmiş kaya tuzundan üretilmiş ve beyaz kristal yapıda olmalıdır.
2. Birinci sınıf ultra rafine tablet halinde olmalı ve sulu çözeltisi berrak olmalıdır.
3. Ürün suda çözüldüğünde tortu, çamur, kil ve kum bırakmamalıdır.
4. 25 kg'lık P.P (polypopilen) torbalar halinde sudan etkilenmeyecek şekilde ağzı kapalı olmalıdır. İç tarafı ise naylon kaplı olmalıdır.
5. Torbaların üzerinde tuzun ismi, üretim tarihi ve miktarı mutlaka belirtilmelidir. Üzerinde miktarı belirtilmeyen tuz kabul edilmeyecektir.
6. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim yeri ve markası yazılı olmalıdır.
7. Nem oranı en çok % 0,3 olmalıdır.
8. İçerisindeki (NaCl) oranı en az % 99 olmalıdır.
9. İçerisindeki kalsiyum oranı en çok 0,8 mg/kg olmalıdır.
10. Toplam sertlik (% 10 luk çözeltide) 1,3-1,5 fr olmalıdır.
11. Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olmalı ve TSE belgesi olmalıdır.
12. Satın alınan mallar satıcı firma tarafından alıcının göstereceği hemodiyaliz ünitesi deposuna düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.
13. Diyaliz arıtma suyu yumuşatma sisteminde kullanılmaya uygun olmalıdır.
14. Alınan ürün mesai saatleri içinde teslim edilmelidir.

Prof. Dr. Ahmet Alper KIYKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Dip. Tes. No.: 63744

Esra KOSE
Hemodiyaliz
Servisi Hemşiresi