

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

28/05/2025

İlan No : 2025-05-2024
İstem No : 80841
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, NO:8.5	750	Adet					
2	VÜCUT BAKIM SETİ	4000	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli: Yukarı da sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU NO: 8,5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve kaflı olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır.
9. Balon düşük basınçlı yüksek volümlü olmalıdır. Pilot balon valve sistemi içermelidir.
10. Pilot balon olmalıdır. Luer-lock enjektör girişine uygun olmalıdır. Balon şişirildiğinde silindirik görünümünde olmalıdır.
11. Tüpün dış ucundan büyüklük ve uzunluk ölçüleri yazılı olmalıdır.
12. Latex içermemelidir.
13. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, latex içermemektedir ibaresi bulunmalıdır
14. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa AZİZOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Din. Tes. No: 99631

Dr. Öğrt. Üyesi Levent KÖRÖĞLÜ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Din. Tes. No.: 120453

VÜCUT BAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Setin içerisinde aşağıda özellikleri belirtilen kontaminasyon önleyici hasta yıkama pedi, perine bölgesi kontaminasyon önleyici temizleme pedi ve hasta başı saç temizleme bonesi bulunmalıdır.

A.Kontaminasyon Önleyici Hasta Yıkama Pedi

1. Oda sıcaklığında kullanılabilir veya 650 W mikrodalga fırında ısıtılabilir özellikte olmalıdır.
2. Antibakteriyel olmalıdır.
3. Cildi tahriş etmemeli, kurutmamalı ve cilde allerji yapmamalıdır.
4. Alkol içermemelidir.
5. Her cilde uygun olmalıdır.
6. Bir poşette en az 10 (on) adet olmalıdır.
7. Asiditesi $6,0\pm 0,5$ pH olmalıdır.
8. Temizleyici solüsyon emdirilmiş olmalıdır.
9. Sık kullanıma uygun olmalı durulama gerektirmeyen özellikte olmalıdır.
10. Bez ebatı en az 20x20 cm ve ısıya dayanıklı olmalıdır.

B.Perine Bölgesi Kontaminasyon Önleyici Temizleme Pedi

1. Kontaminasyonu önleyici nitelikte olan malzeme kullanıma hazır olmalıdır.
2. Durulama, kurulama gerektirmez özellikte olmalıdır.
3. Cildi tahriş etmemeli, kurutmamalı ve cilde alerji yapmamalıdır.
4. Alkol içermemelidir.
5. Bir poşette en az 20 (yirmi) adet olmalıdır.
6. Asiditesi $6,0\pm 0,5$ pH olmalı ve her cilde uygun olmalıdır.
7. Bez ebadı en az 20x20 cm ve ısıya dayanıklı olmalıdır.
8. Sık kullanıma uygun olmalıdır.
9. Ürün temizleyici, nemlendirici, koku giderici, anti bakteriyel ve bariyer koruyucu olmalıdır.

C.Hasta Başı Ve Saç Temizleme Bonesi

1. Her bir hasta için tek kullanımlık ambalajlarda olmalıdır.
2. 650–750 W mikrodalga fırınında ısıtıldıktan sonra hastanın başına bone olarak geçirilmeli ve içindeki maddeler vasıtasıyla saç masajlanarak temizlemeye uygun özellikte olmalıdır.
3. Bone çıkarıldıktan sonra saçlar yeniden yıkanıp, durulamaya gerek kalmayacak özellikte olmalıdır.
4. Hasta saçı temizlendikten sonra ayrı bir işlem gerektirmemeli havlu ile kurulanabilmelidir.
5. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Dr. Abdullah AYCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemsire Yardımcısı

Uzm. Hems. Füruza YILDIRIM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemsire Yardımcısı