

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

A7

28/05/2025

İlan No : 2025-05-2021
İstem No : 80847
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : CİHAZ BAKIM VE ONARIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CERRAHİ OPTİK	5	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :30° Optik (2 Adet)		
ORTOPEDI AMELİYATHANE ✓	Marka :Qamara		
	Model :KS401725 ✓		
	Seri No:1-07042401, 2-07042402 ✓		
	Demirbaş No:		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih:22/05/2025	Var []	Yok [X] ✓	Var []
			Yok [X] ✓

Arıza Özeti : Optiklerin lensleri göstermemektedir. Arıza tespitleri ve onarımları yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Niyazi DİNCER Mersin Üniversitesi Hastanesi Birim Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRCİ Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :	
------------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :30° Optik	Marka :BİNOTEC ✓
ÜROLOJİ AMELİYATHANE ✓	Model :J0330E-30° ✓	Seri No:330.2229 ✓
	Demirbaş No:	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih:22/05/2025	Var [] Yok [X] ✓	Var [] Yok [X] ✓

Arıza Özeti : Optiğin lensleri göstermemektedir. Arızasının tespit edilip onarımının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Salim ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Nurettin DİNCER Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren BEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :	
------------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : 30° 10 mm optik ✓ Marka : Richard Wolf ✓
GENEL CERRAHI AMELİYATHANE OPTİK ✓	Model : 30° 10 mm ✓ Seri No: 8934462 ✓ Demirbaş No:
	Garantili Bakım Sözleşmeli
Tarih: 22/05/2025	Var [] Yok [X] ✓ Var [] Yok [X] ✓

Arıza Özeti : Optik lenslerinde kaçak vardır. Vaka sırasında iç kısmına sıvı teması vardır. Arızasının ilgili firma tarafından tespit edilip onarılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Murat Dincer Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :	
------------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Optik 30° 2.7 mm (Kısa Tip Optik)	
KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI AMELİYATHANESİ	Marka :SLM ✓	
	Model :30° 2.7 mm ✓	
	Seri No:Y3053.27 ✓	
	Demirbaş No:	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih:22/05/2025	Var [] Yok [X] ✓	Var [] Yok [X] ✓

Arıza Özeti : Optiğin lensleri göstermemektedir. Arızasının tespit edilip onarılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Ercan Dincer Mersin Üniversitesi Hastanesi Birim Sorumlusu	 Dr. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :	
------------	--