

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/06/2025

İlan No : 2025-06-2087
İstem No : 80868
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : CİHAZ BAKIM VE ONARIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/06/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	5	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,

4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,

5- Teknik Servis yeterlilik belgesi

6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil

Belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin

verilmesi,

7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.

8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : DEFİBRİLATOR CİHAZI	
GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ	Marka : PHILIPS	
	Model : HEARTSTART XL+	
	Seri No: US 51413017	
	Demirbaş No: 253.3.5/14/11794	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 16/05/2025	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : CİHAZ ARIZALIDIR. YAPILAN KONTROLÜNDE BATARYASININ ARIZALANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. ONARIMININ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

Gerekli Yedek Parçalar:
14.8V 6.6Ah batarya

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doc. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :	
------------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Defibrilatör Cihazı ✓	
	Marka : PHILIPS ✓	
YETİŞKİN HEMATOLOJİ SERVİSİ ✓	Model : EFFICIA DFM 100 ✓	
	Seri No: CN32629053 ✓	
	Demirbaş No: 253.3.5/19/5253 ✓	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 15/05/2025	Var [] Yok [X] ✓	Var [] Yok [X] ✓

Arıza Özeti : Cihaz çalışmamaktadır. Yapılan kontrollerinde bataryasının arızalandığı tespit edilmiştir. Onarımlarının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 Adet 14.8 V 5.0 Ah Batarya

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :	
------------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Defibrilatör Cihazı ✓ Marka : PHILIPS ✓ Model : EFFICIA DFM 100 Seri No: CN32604231 Demirbaş No: 253.3.5/15/12254
KARDİYOLOJİ SERVİSİ	Garantili Bakım Sözleşmeli
Tarih: 22/05/2025 ✓	Var [] Yok [X] ✓ Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : Cihaz çalışmamaktadır. Yapılan kontrollerinde bataryasının arızalandığı tespit edilmiştir. Onarımlarının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 Adet 14.8 V 5.0 Ah Batarya

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNCER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :	
------------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Defibrilatör Cihazı ✓ Marka : Philips ✓ Model : HEARTSTART XL+ ✓ Seri No: US61305468 ✓ Demirbaş No: 253.3.5/19/1205	
REANİMASYON YOĞUN BAKIM ✓	Garantili Var [] Yok [X] ✓	Bakım Sözleşmeli Var [] Yok [X] ✓
Tarih: 22/05/2025 ✓		

Arıza Özeti : Cihaz çalışmamaktadır. Yapılan kontrolünde bataryasının arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımının yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

14.8 V 6.6 Ah

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	NURETTİN DİNCER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Köordinatör

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : DEFİBRİLATÖR CİHAZI ✓	
GENEL CERRAHI SERVİSİ ✓	Marka : PHILIPS ✓	
	Model : HEARTSTART XL+ ✓	
	Seri No: US 51413021 ✓	
	Demirbaş No: 253.3.5/15/5426 ✓	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 16/05/2025 ✓	Var [] Yok [X] ✓	Var [] Yok [X] ✓

Arıza Özeti : CİHAZ ARIZALIDIR. YAPILAN KONTROLÜNDE BATARYASININ ARIZALANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. ONARIMININ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

Gerekli Yedek Parçalar:
14.8V 6.6Ah batarya

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Ş. İman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :	
------------	--