

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AY

TEKLİF İSTEME FORMU

02/06/2025

İlan No : 2025-06-2102
İstem No : 80883
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/06/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	OKSİJEN BASINÇ REGÜLATÖRÜ, PRİMUS ANESTEZİ CİHAZI İÇİN	1	Adet					
2	TANK BASINÇ SENSÖRÜ, DRG PRİMUS ANESTEZİ CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.


TANK BASINÇ SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sensör, DRAGER marka PRIMUS model anestezi cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Sensör, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Sensör, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 4-Sensör en az 6(Altı) ay üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Sensör cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

ANESTEZİ OKSİJEN REGÜLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Regülatör, DRAGER marka PRIMUS model anestezi cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Regülatör, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3- Regülatör, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 4- Regülatör en az 6(Altı) ay üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5- Regülatör cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.


DURAK GÖÇER
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ


NURETTİN DİNGER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU




Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : ANESTEZİ CİHAZI ✓	
AMELİYATHANE ANESTEZİ ✓	Marka : DRAGER ✓	
	Model : PRIMUS ✓	
	Seri No: ASFH 0222 ✓	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 23.05.2025 ✓	Var [] Yok [x] ✓	Var [] Yok [x] ✓

Arıza Özeti :

Cihaz çalışmamaktadır. Bakım anlaşması gereği yetkili firması tarafından incelenmiş olup arızalı yedek parçalar mevcuttur. Yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

- 1 adet basınç sensörü
- 1 adet oksijen regülatörü

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÖÇER BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEŞİMCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kalite Koordinatör

Açıklama :