

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

BA

04/06/2025

İlan No : 2025-06-2135
İstem No : 80886
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	KATETER, DOUBLE J, POLİÜRETAN, BİR UCU AÇIK, 6FR, 26CM	100	Adet					
2	İRRİGASYON SİSTEMİ, Y TİPİ, PUARLI	1000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma fauranın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

İRRİGASYON SİSTEMİ, Y TİPİ, PUARLI TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Çift girişli ve tek çıkışlı olmalıdır.
2. Sıvı gidişini kuvvetlendirecek manuel pompa sistemine sahip olmalıdır.
3. Sıvı girişlerinde birer adet ve çıkışta bir adet kilit mekanizması olmalıdır.
4. Hava girişsiz delme uçları olmalıdır
5. Hızlı doldurma puarı olmalıdır.
6. Toplam uzunluk 200-220cm olmalıdır
7. Yumuşak hortumlu proksimal uç olmalıdır.

Prof. Dr. Erdal AKBAY
Mersin Erivedi Hastanesi
Uroloji A.D.
Tic. Sic. No: 6085-37069

Prof. Dr. Hasan Erdal DORUK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Uroloji A.D.
Tic. Sic. No: 6085-37069

KATETER, DOUBLE J, POLİÜRETAN, BİR UCU AÇIK, 6FR, 26CM

- 1) Üzerinde uzunluğu gösteren cm çizgileri olmalıdır.
- 2) Bir ucu açık bir ucu kapalı (A/K) olmalıdır.
- 3) Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı klavuz tel olmalıdır.
- 4) Klavuz telin bir ucu yumuşak, diğer ucu sert olmalıdır.
- 5) Basit itici en az 40cm olmalıdır.
- 6) Radyopak olmalıdır.


Prof. Dr. Hasan Erdal DORUK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Uz. Tescil No.: 40252-55177 Dp. No.: 1284


Prof. Dr. Erdem AKBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Dip. Tes. No.: 6085-37059