

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AK

02/06/2025

İlan No : 2025-06-2088
İstem No : 80887
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/06/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PUAR VE MANDAL TAKIMI, PEDIATRİK, EKG İÇİN	2	Adet					
2	PUAR VE MANDAL TAKIMI, YETİŞKİN, EKG İÇİN	15	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

PEDİATRİK(VİDASIZ) EKG MANDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mandal EKG çekiminin yapılmasına uygun olmalıdır.
2. Mandallar pediatrik hasta kullanımına uygun olmalıdır.
3. Mandalların hasta cildine zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
4. İletkenliği yüksek olmalıdır.
5. Bağlantı noktası sayesinde banana bağlantı yapılabilmelidir.
6. Metal kısımları paslanmaz olmalıdır.
7. Dörtlü set halinde takım olmalıdır. Set içindeki mandalların renkleri kırmızı, sarı, siyah ve yeşil olmalıdır.
8. Nakliye sırasında zarar görmemesi ve hastane deposunda korunması için ürünler karton kutu içinde verilmelidir.
9. Numune incelemesi yapıldıktan sonra uygunluk verilecektir.

EKG PUARI(Pediatric) Teknik Şartnamesi

- 1- Puarlar Ekg çekiminin yapılmasına uygun olmalıdır.
- 2- Puarların metal yüzeyi paslanmaz, pürüzsüz ve deliksiz olmalıdır.
- 3- İletkenliği yüksek olmalıdır.
- 4- Puarlar mavi renkte ve hasta cildine zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
- 5- Bağlantı noktası sayesinde banana tip kablolar ile kullanılabilir.
- 6- Pediatric hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 7- 6'lı set halinde olmalıdır.
- 8- Nakliye sırasında zarar görmemesi ve hastane deposunda korunması için ürünler karton kutu içinde verilmelidir.
9. Numune incelemesi yapıldıktan sonra uygunluk verilecektir.

NURETTİN DİNCER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

NURETTİN DİNCER
BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ

EKG PUARI(Yetişkin) Teknik Şartnamesi

- 1- Puarlar Ekg çekiminin yapılmasına uygun olmalıdır.
- 2- Puarların metal yüzeyi paslanmaz, pürüzsüz ve deliksiz olmalıdır.
- 3- İletkenliği yüksek olmalıdır.
- 4- Puarlar mavi renkte ve hasta cildine zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
- 5- Bağlantı noktası sayesinde banana tip kablolar ile kullanılabilmelidir.
- 6- Yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 7- 6'lı set halinde olmalıdır.
- 8- Nakliye sırasında zarar görmemesi ve hastane deposunda korunması için ürünler karton kutu içinde verilmelidir.
9. Numune sonrası uygunluk verilecektir.

YETİŞKİN(VİDASIZ) EKG MANDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mandal EKG çekiminin yapılmasına uygun olmalıdır.
2. Mandallar yetişkin hasta kullanımına uygun olmalıdır.
3. Mandalların hasta cildine zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
4. İletkenliği yüksek olmalıdır.
5. Bağlantı noktası sayesinde banana bağlantı yapılabilmelidir.
6. Metal kısımları paslanmaz olmalıdır.
7. Dörtlü set halinde takım olmalıdır. Set içindeki mandalların renkleri kırmızı, sarı, siyah ve yeşil olmalıdır.
8. Nakliye sırasında zarar görmemesi ve hastane deposunda korunması için ürünler karton kutu içinde verilmelidir.
9. Numune sonrası uygunluk verilecektir.

NURETTİN DİNGER

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : EKG PUAR VE MANDAL TAKIMI			
HASTANE GENELİ	Marka :			
	Model :			
	Seri No:			
	Garantili		Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 24.01.2025	Var []	Yok [x]	Var []	Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazlarda kullanılan puar ve mandal takımları deforme olmuştur tamiri yapılamadığı için yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
BURAK GÖÇER BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ	NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BIYOMEDİKAL SORUMLUSU	Doc. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :