

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

28/05/2025

AK

İlan No : 2025-05-2003  
İstem No : 80897  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım  
Konu : SARF MALZEME ALIMII

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/06/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması        | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Test. Süresi (Gün) |
|------|---------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | KATETER, EMBOLEKTOMİ, 3FR | 15     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | KATETER, EMBOLEKTOMİ, 4FR | 15     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 3    | KATETER, EMBOLEKTOMİ, 5FR | 15     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 4    | KATETER, EMBOLEKTOMİ, 6FR | 10     | Adet  |             |              |       |          |                    |

İLGİLİ FİRMALARA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli: Yukarı da sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

## KATETER, EMBOLEKTOMİ 3FR;5FR 4FR; 6FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter poliüretandan imal edilmiş damarda oluşan trombozları temizleyebilecek yapıda olmalıdır.
2. Vasküler endotele zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
3. Uçlarında çaplarıyla uyumlu dayanıklı balon olmalıdır.
4. Şişirildiği zaman balonun şekli bozulmamalıdır.
5. Paketin içerisinde balonu şişirmek için luerli enjektör bulunmalıdır.
6. Kateterin üzerinde bulunan bir valf yardımı ile balon basıncı sabit tutulabilmelidir. Kullanılan kateter floroskopi altında görülebilecek şekilde radyopak olmalıdır.
7. Uç kısmı yumuşak bükülebilir olmalı ama kırılmamalıdır.
8. Kateterin uzunluğu en az 80 cm olmalıdır.
9. Her ölçünün renk kodu olmalıdır.

Prof. Dr. Dr. İsmail Hakkı ÖZDEMİR  
Mersin Üniversitesi Hastaneleri  
Kaip ve Dama Cerrahisi  
Dip. Tes. No. 122176

Prof. Dr. Dr. İsmail Hakkı ÖZDEMİR  
Mersin Üniversitesi Hastaneleri  
Kaip ve Dama Cerrahisi  
Dip. Tes. No. 122176