

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/06/2025

İlan No : 2025-06-2089
İstem No : 80915
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Yonpar

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/06/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANTIEMBOLİ ÇORABI, DİZ ÜSTÜ, XL	20	Adet					
2	ANTIEMBOLİ ÇORABI, DİZ ÜSTÜ, L	20	Adet					
3	ANTIEMBOLİ ÇORABI, DİZ ÜSTÜ, M	20	Adet					
4	ANTIEMBOLİ ÇORABI, DİZ ÜSTÜ, S	20	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

SMALL BEDEN DİZ ÜSTÜ VARİS ÇORABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dokuması pamuk , elastan ve likralı olmalıdır.
- 2- Varis çoraplarının basıncı orta basınç 23-22 mmhg olmalıdır.
- 3- Çoraplar diz üstü olmalıdır.
- 4-Çoraplar anti-alerjik , hava geçirgen ve parmak kısmı açık olmalıdır.
- 5- Çoraplar yıkanabilir olmalı , yıkama sonrası çorap basınç etkisini ve esnekliğini kaybetmemelidir.
- 6- Çorapların tüm boyları belirtilmelidir.
- 7-Birim pakette bir çift çorap olmalıdır.
- 8-Kutu üzerinde son kullanma tarihi, ölçü bilgileri , sahip olduğu kalite ve güvenlik işareti olmalıdır.
- 9- Kutu üzerinde markası okunaklı olarak yazılı olmalıdır.
- 10- Ürün bedeni Small beden olmalıdır.

Prof. Dr. Üyesi Derya KARATA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 64522

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 54252/61351

36758

20

LARGE BEDEN DİZ ÜSTÜ VARİS ÇORABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dokuması pamuk , elastan ve likralı olmalıdır.
- 2- Varis çoraplarının basıncı orta basınç 23-22 mmhg olmalıdır.
- 3- Çoraplar diz üstü olmalıdır.
- 4-Çoraplar anti-alerjik , hava geçirgen ve parmak kısmı açık olmalıdır.
- 5- Çoraplar yıkanabilir olmalı , yıkama sonrası çorap basınç etkisini ve esnekliğini kaybetmemelidir.
- 6- Çorapların tüm boyları belirtilmelidir.
- 7-Birim pakette bir çift çorap olmalıdır.
- 8-Kutu üzerinde son kullanma tarihi, ölçü bilgileri , sahip olduğu kalite ve güvenlik işareti olmalıdır.
- 9- Kutu üzerinde markası okunaklı olarak yazılı olmalıdır.
- 10- Ürün bedeni LARGE beden olmalıdır.

Doç. Dr. Derya KARATA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 54252/51354

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 54252/51354

36630

20

X- LARGE BEDEN DİZ ÜSTÜ VARİS ÇORABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dokuması pamuk , elastan ve likralı olmalıdır.
- 2- Varis çoraplarının basıncı orta basınç 23-22 mmhg olmalıdır.
- 3- Çoraplar diz üstü olmalıdır.
- 4-Çoraplar anti-alerjik , hava geçirgen ve parmak kısmı açık olmalıdır.
- 5- Çoraplar yıkanabilir olmalı , yıkama sonrası çorap basınç etkisini ve esnekliğini kaybetmemelidir.
- 6- Çorapların tüm boyları belirtilmelidir.
- 7-Birim pakette bir çift çorap olmalıdır.
- 8-Kutu üzerinde son kullanma tarihi, ölçü bilgileri , sahip olduğu kalite ve güvenlik işareti olmalıdır.
- 9- Kutu üzerinde markası okunaklı olarak yazılı olmalıdır.
- 10- Ürün bedeni X-LARGE beden olmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet DABTEKİN
Mardin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 165522

Prof. Dr. Ahmet DABTEKİN
Mardin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 54252/5235

36629

20

MEDİUM BEDEN DİZ ÜSTÜ VARİS ÇORABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dokuması pamuk , elasta ve likralı olmalıdır.
- 2- Varis çoraplarının basıncı orta basınç 23-22 mmhg olmalıdır.
- 3- Çoraplar diz üstü olmalıdır.
- 4-Çoraplar anti-alerjik , hava geçirgen ve parmak kısmı açık olmalıdır.
- 5- Çoraplar yıkanabilir olmalı , yıkama sonrası çorap basınç etkisini ve esnekliğini kaybetmemelidir.
- 6- Çorapların tüm boyları belirtilmelidir.
- 7-Birim pakette bir çift çorap olmalıdır.
- 8-Kutu üzerinde son kullanma tarihi, ölçü bilgileri , sahip olduğu kalite ve güvenlik işareti olmalıdır.
- 9- Kutu üzerinde markası okunaklı olarak yazılı olmalıdır.
- 10- Ürün bedeni MEDİUM beden olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Derya KARAT
Mersin Üniverstesi Hastane
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Din Tıp Fak. No : 45522

Prof. Dr. Ahmet DAĞTERKİN
Mersin Üniverstesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No : 54252/51354