

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/06/2025

İlan No : 2025-06-2103
İstem No : 80941
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/06/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	WOLF HD KAMERA BAŞLIĞI	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

FULL HD KAMERA KAFASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 ADET

- 3 x 1/3 CCD sensör ve 16:9 görüntü formatında olmalıdır.
- Işık hassasiyeti en fazla 1 LUX (f= 1,2) olmalıdır.
- Sinyal gürültü oranı en fazla 14dB olmalıdır.
- Parlaklık kontrolü 1/50 - 1/12650 saniye arasında yapılabilmelidir.
- Kablosuz ağırlığı en fazla 170 gr olmalıdır.
- Alınan optikal görüntüler kamera kafasındaki CCD duyarlı chip' te dijitalize edilmelidir. Böylece görüntünün kamera kafasından kamera kontrol ünitesi arasındaki transferi sırasında dış etkenlerden (elektrokoter vb) kaynaklanabilecek görüntü kalitesindeki bozulma ve parazit oluşumu riskini ortadan kaldırmalıdır.
- 2 adet programlanabilir butonu bulunmalıdır. Bu butonlar yardımı ile en az 4 (dört) fonksiyon kontrol edilebilmelidir.
- Lens, kamera kafasına vidalanarak bağlanabilmelidir. Kullanım alanına göre farklı lensler takılabilmelidir.
- Kamera kafası kablo uzunluğu en az 300 cm olmalıdır. Kablo kamera kafasından ayrılır yapıda olmalıdır. Kamera kafasının arızası durumunda tamir, kaynak gerektirmeden tek başına demontaj-montaj yöntemi ile değiştirilebilir yapıda olmalıdır.
- Hastanede bulunan R.Wolf marka Logic Hd kamera ünitesi ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır.
- Kamera Kafası komple otoklavlanabilmelidir
- Teklif verecek isteklinin, cihazın imalatçısının Richard Wolf markasının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel Noter onaylı temsilcilik belgesi (yetki belgesi) olmalıdır.
- Teknik servis yeterliliğini göstermek üzere ithalatçının TS-12426 standartlarında TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır.
- İlgili belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : KAMERA BAŞLIĞI		
ORTOPEDİ AMELİYATHANE	Marka : GAMBRO		
	Model : 85525922		
	Seri No: 1100319983		
	Garantili		Bakım Sözleşmeli
Tarih: 28.05.2025	Var []	Yok [x]	Var []
			Yok [x]

Arıza Özeti :

Laporoskopi kulesinde kullanılan kamera başlığı arızalanmış olup ilgili firması tarafından incelenerek tamirinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Nurettin DİNCER Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Sorumlusu	 Doc. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :