

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

BA

TEKLİF İSTEME FORMU

13/06/2025

İlan No : 2025-06-2235
İstem No : 80970
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 19/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SET, VENTİLATÖR, DISPOSABLE, TEK ISITICILI, TEK SU TUTUCULU, YETİŞKİN	250	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ISITICILI TELLİ YETİŞKİN VENTİLATÖR SOLUNUM DEVRESİ

1. Hasta devresi nemlendirilmiş solunum gazlarının hastaya iletilmesi için özel olarak tasarlanmış olması gerekmektedir.
2. Set; bir adet ısıtıcı telli inspirium hattı ve bir adet su tutuculu expirasyon hattı, humidifier hattı ve cihaz bağlantı konektörlerinden oluşmalıdır.
3. Tek kullanımlık ve yüksek frekanslı oksijen terapi moduna (HFO) için uygun olmalıdır.
4. Yetişkin hastalarda kullanıma uygun, PVC, kanserojen ağır metaller (stabilizatörler, FTALAT), latex ve hayvansal doku içermemeli ve kokusuz olmalıdır.
5. Hortumlar konektörlere takılı vaziyette ve gerektiğinde sökölüp takılabilir olmalıdır. Devre uzunluğu en az 150 Cm olmalıdır.
6. Hortum konnektörlerinin çapı 22M/15F-22F/15M standartlarında olmalı.
7. Ürün TS EN ISO 5367, TS EN ISO 11737 ve TS EN ISO 10993-10 standartlarına uyumlu olmalıdır.
8. Hortumlar laminar akış için iç yüzeyi düz olmalıdır (smoothbore).
9. İnspirium hattındaki ısıtıcı tel homojen bir ısı dağılımı için devreye gömülü ve ısı ölçümü iki yerden yapılabilecek şekilde, nemlendirici çıkışı ve hastaya yakın bir noktada olmalıdır.
10. Set içinde humidifier chamber sistemi ile cihaz bağlantısı için en az 50 Cm uzunluğunda 22F- 22M konnektör standartlarında ara hortum olmalıdır.
11. Setlerin akredite bir labaratuardan biyo-uyumluluk testleri olmalıdır.
12. 100.000 klas temiz oda şartlarında üretilmiş olması gereklidir
13. Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasından onaylı bir barkod numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir.
14. Devrelerin teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalı ve imalatçı kullanım süresi dolan kullanılmamış devreleri yenisi ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
15. İhale uhdesinde kalan firma aşağıda özellikleri bulunan 15 adet nemlendirici cihazını hastane bünyesine devreler bitene kadar temin etmelidir.
16. Nemlendirici Cihaz özellikleri:
 - a) Cihaz yenidoğan, pediatri ve yetişkin modlarında çalışabilmelidir.
 - b) Cihazda non-invaziv, invaziv ve HFO modu olmalıdır.
 - c) Cihazda nebulizatör özelliği olmalıdır. Bu işlevi mesh teknolojisi ile yerine getirebilmelidir.
 - d) Cihazın ekranı en az 3,5 inç ve dokunmatik olmalıdır.
 - e) Cihazın tüm kontroller dokunmatik yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran ve tuş ile kontrol edilebilir olmalıdır.
 - f) Dokunmatik ekranda herhangi bir fonksiyon kaybı oluşması durumunda membran yüzeyinde bulunan tuşlar ile kontrol edilebilir olmalıdır.
 - g) Herhangi bir tuşa basılmasına gerek duyulmadan ekran üzerinden hastaya verilen sıcaklık ve ayarlanan sıcaklık değerleri gözlemlenebilir olmalıdır.

- h) Cihaz non-invaziv modda 30-35°C arasında, invaziv modda 35-40°C ve HFO modunda 30- 37°C arasında çalışabilmelidir.
- i) Her mod için cihazın sıcaklık default ayarları olmalıdır.
- j) Cihaz su dökülme durumuna karşı suyu dışarı atacak şekilde boşaltma delikleri bulunmalıdır.
- k) Cihazın aşırı ısınma durumuna karşı alarm sistemi ile donatılmış olmalıdır.
- l) Aşırı ısınma durumunda ısıtıcı tabla ve ısıtıcı tel sıcaklığını kesmelidir.
- m) Cihazda oluşan alarmlar sesli ve görsel olarak ekran ve lightbar üzerinden görülebilmelidir. Ayrıca alarm sebebi ekran üzerinden takip edilebilmedir.
- n) Alarm butonuna basıldığında 120 sn alarm sesi susturulmalıdır.
- o) Cihazın kullanıcıyı uyaran alarm parametrelerine sahip olmalıdır;
- Yüksek sıcaklık alarmı
 - Düşük sıcaklık alarmı
 - Su haznesi boş alarmı
 - Su haznesi takılı değil alarmı
 - Hatalı hasta devresi takılı alarmı
 - Aşırı ısınma alarmı
- p) Cihaz her akış değerinde hastaya doğal nemin verilmesini sağlayabilmelidir.
- q) Nemlendirici IP21 sertifikasına sahip olmalı, cihazda oluşabilecek sıvı temaslarında hasta ve cihaz güvenliği sağlanabilmeli ve bu özellik açıkça cihaz üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- r) Cihaz arka kısmında kızak sistemi ile istenilen bir yere sabit edilebilmeli veya herhangi düz bir zemin üzerinde çalışabilmelidir.
- s) Cihaz kullanılacak olan ventilatör cihazına birebir uyumlu olmalıdır.
- t) Cihaz ile birlikte verilecek ekipmanlar;
- 1 adet güç kablosu
 - 1 adet ısıtıcı tel adaptör
 - 1 adet sıcaklık probu
 - 1 adet nebülizatör kablosu
- u) İstenildiği taktirde Nebülizatör T – parça ve Nebülizatör ilaç haznesi hastane tarafından tedarik edilebilir olmalıdır.
- v) Cihazın çalışabileceği ortam sıcaklığı 20 °C ile 30 °C olmalıdır.
- w) Cihazın saklama sıcaklık değeri -20 °C ile 60 °C arasında olmalıdır.
- x) Cihazın Çalışma Voltajı 230V 50/60Hz olmalıdır.
- y) Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
- z) Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.