

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/06/2025

İlan No : 2025-06-2134
İstem No : 80994
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	BORU, PEX-A, 20MM, DİYALİZ SAF SU İÇİN	5	Metre					
2	BİRLEŞTİRME YÜZÜĞÜ, PEX-A, 20MM, DİYALİZ SAF SU İÇİN	20	Adet					
3	ÇEKVALF TAKIMI, DİYALİZ SAF SU HATTI İÇİN	1	Adet					
4	TE, PEX-A, 20MM, DİYALİZ SAF SU İÇİN	3	Adet					
5	DİRSEK, PEX-A, 20MM, DİYALİZ SAF SU İÇİN	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,

8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

CERRAHİ-1 YOĞUN BAKIM DİYALİZ SAF SU HATTI MALZEME ALIM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GENEL ÖZELLİK:

1. Ürünler TSE veya CE belgeli olmalıdır.
2. Firma hemodiyaliz su sistemleri üzerine alınmış TSE 12426 ve ISO 9001-2015 belgesine sahip olmalıdır.
3. Firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
4. Firma Sağlık Bakanlığı sistemi ÜTS kaydı olmalıdır.
5. Malzemeler bütün olarak değerlendirilecektir. Malzemeler montaj dahil fiyat teklifi verilecektir.

TEKNİK ÖZELLİK:

Pex-a boru :

1. Cerrahi -1 Yoğun Bakımlar izole odada bulunan 20 mm lik pex-a boru kesilecek ekleme yapılarak duvar arkasına geçirilecek ve arka taraf tan asma tavan içerisine çıkarak mevcut boruya ring bağlantısı yapılacaktır.
2. Arka odaya diyaliz makinası için te parçası atılacaktır.
3. Çekilecek boru tipi Diyaliz Yönetmeliğine uygun sürtünme payı en az olan Pex-a yapıda olacaktır.
4. Kullanılacak borunun TSE Analiz formları ve Ce belgeleri firma tarafından sunulacaktır.
5. Çekilecek hattın makineye bağlantı yapılacak kısmı Check Valve (colder) olacaktır.
6. Makine ile su hattı bağlantısı söküldüğünde yere su sızmayacak özellikte olmalıdır.

Pex-a boru birleştirme yüzük :

20 mm lik Pex-a boruları birleştirmede kullanılacak mavi renkli yüzük (halka) olacaktır.

Çekvalf takımı :

Diyaliz makinalarını su sistemine rahatça bağlayıp ayırmada kullanılacak çıkartınca su kaçırmayacak erkek-dişi çekvalf takımı olacaktır.

Pex-a boru te :

20 mm lik Pex-a borularında kullanılacak 20 lik te parçası olacaktır.

Pex-a dirsek :

20 mm lik Pex-a boruların dönüş yerlerinde borunun kırılmasını engellemede kullanılacak dirsek olacaktır.


Osman
ERDEM
Teknisyen


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi