

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/06/2025

İlan No : 2025-06-2308
İstem No : 81043
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DEZENFEKTAN, YÜZEY, KÜVÖZ VE TIBBİ CİHAZ İÇİN	150	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı "<https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>**" adresinde yayınlanmaktadır.**

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DEZENFEKTAN, YÜZEY, KÜVÖZ ve TIBBİ CİHAZ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Su ile silinebilen tüm yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine uygun olmalıdır.
2. Ürün kullanıma hazır ve en fazla 1 litrelik ambalajlar halinde olmalıdır. Her ambalaj üzerinde fabrikasyon aşamasında takılmış, özel spreylere başlığı bulunmalıdır. Bu spreylere başlık sayesinde solüsyon köpük şeklinde püskürtülerek tüm yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlayabilecek özellikte olmalıdır.
3. Ürün küvöz ve açık yatakların temizlik ve dezenfeksiyonu için uygun olmalı ve hiçbir zarar vermemelidir. Akrilik yüzeyler ile uyumluluk raporu olmalıdır.
4. Akrilik yüzeyde oluşan; cilt antiseptiği, anne sütü, mama, kan gibi kurumuş kirleri de temizleyebilmelidir.
5. Ürün, daldırılmayan ve invaziv olmayan tıbbi cihazların (ultrason propları, tansiyon aletleri, şeker ölçüm cihazları, stetoskoplar vb.) temizlik ve dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır, durulama gerektirmemelidir.
6. Ürün Ph nötr olmalıdır. Ürünün korozyon yapmadığı, kabul görmüş test metodlarına göre ispatlanmış olmalıdır.
7. Ürünün kimyasal içeriğinde didesildimetilamonyum klorid temizleyici özellik için yüzey aktif madde bulunmalıdır. Kimyasal bileşiminde CMR (Kanserojenik, mutajenik, reprotoksik madde) içeren maddeler olmamalıdır.
8. Ürün alkol, parfüm ve renklendirici içermemelidir.
9. Aldehit ve fenol türevlerini içermemelidir.
10. Toksik, zararlı uçucu madde ve zefiran içermemelidir.
11. Bebekler küvözdeyken de güvenli bir şekilde temizlik yapılabilme imkânı sağlamalıdır.
12. Dezenfektanı kullanan sağlık çalışanlarında solunum yolu hasarına ve ciltte kontakt dermatite neden olmamalıdır.
13. Ürün geniş antimikrobiyal etkinliğe sahip olmalı, ürün kullanım alanları ve etkinliğini gösteren uluslararası analiz raporları mevcut olmalıdır. Bu özellikleri taşıdığına dair akredite laboratuarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporları yeterlilik kapsamında sunulmalıdır.

13.1. EN 13727 ve EN 13697 standartlarına göre bakteriler (P. aeruginosa, S.aureus, Enterococcus hirae Acinetobacter baumannii, Enterobacter cloacae OXA 48, Enterococcus faecium VRE, Klebsiella pneumoniae OXA 48 Staphylococcus aureus MRSA, Escherichia coli OXA 48) üzerine etkinliği 1-2 dk.

13.2. EN 13624, 13697 standartlarına göre yeastisidal (Candida albicans) etkinliği 5 dk. ve fungusidal (Aspergillus fumigatus, Tricophyton mentagrophytes) etkinliği 15 dk.

13.3. EN 14476 standardına göre virüsler (Rotavirüs, Vacciniavirüs, HIV, PRV(HBV model virüs, BVDV (HCV model virüs), Herpesvirüs, Polyomavirüs) üzerine etkinliği 1 dk.

13.4. EN 14348,13697standartlarına göre tüberkülosidal (Mycobacterium terrae) etkinliği olmalıdır.

13.5. EN 14476 standardına göre Adenovirüs ve Murin Norovirüs üzerine etkinliği olmalıdır.

13.6. EN 16615 uygulama standardına göre bakteriler (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) ve yeast (C. albicans) üzerine etkinliği test edilmiş olmalıdır.

14. Ürünün etkinlik süresi; ürün üzerinde belirtilmelidir.

Doç.Dr. Ayşen ÖRMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 3296 - 92512

Prof. Dr. Ali ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 93162/06499

15. Ürüne ait güncel “Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)” belgesi yeterlilik kapsamında sunulmalıdır.
16. Ürün içerisindeki kimyasal bileşenler çevre ile uyumlu olmalı, içeriğindeki maddeler %100 inorganik ve biyolojik olarak doğada kolay bozunur maddelerden oluşmalıdır.
17. Kurumun gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere veya kurumca yetkilendirilmiş bir laboratuvarında her seri için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz (mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozyon etkisi vb.) raporu istenecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
18. Numuneler orijinal ambalajında denenerak alınacaktır.
19. Kuruma teslim edilecek ürünün üretim serisine (lot numarasına) ait, üretici firmanın orijinal analiz sertifikası teslim sırasında ürün ile birlikte verilmelidir.
20. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme feshedilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Doç.Dr. Ayben ORMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Nöroloji Uzmanı
Dip. T. No: 296 - 92512

Prof. Dr. Yalçın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Nöroloji B.D.
Dip. T. No: 296 - 92512