

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AE

04/06/2025

İlan No : 2025-06-2145
İstem No : 81064
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlilik
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/06/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GAMET HAZIRLAMA MEDYUMU, HSA'LI	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

81064'NOLU İSTEME AİT TEKNİK ŞARTNAME

1- GAMET HAZIRLAMA MEDYUMU(HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnkubator dışında gametlere uygun ortamı sağlamalıdır.
 2. Oosit eldesi, denüdayon ve mikroenjeksiyon işlemleri için uygun olmalıdır.
 3. MOPS tamponlu olmalıdır.
 4. Oda atmosferinde pH düzeyini dengelemelidir.
 5. Phenol red içermemelidir.
 6. HEPES içermemelidir.
 7. Penisilin G içermelidir.
 8. 125 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
 9. Albümin kaynağı içermelidir.
 10. HSA ilave edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.
 11. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
 12. 37°C de dengeleme sonrası kullanıma hazır olmalıdır.
 13. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 265 +/- 5 olmalıdır.
 14. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
 15. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml
- Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

Biyolog. Özgen Gök
Şif


Prof. Dr. Fikri Cihan YAZICI
MED. Sağlık Bilimleri 98
Üniversitesi
Kadın Hast. ve Doğum
Dış. Tan. No. 83918

81064'NOLU İSTEME AİT TEKNİK ŞARTNAME

1- GAMET HAZIRLAMA MEDYUMU(HSA'LI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnkubator dışında gametlere uygun ortamı sağlamalıdır.
 2. Oosit eldesi, denüdayon ve mikroenjeksiyon işlemleri için uygun olmalıdır.
 3. MOPS tamponlu olmalıdır.
 4. Oda atmosferinde pH düzeyini dengelemelidir.
 5. Phenol red içermemelidir.
 6. HEPES içermemelidir.
 7. Penisilin G içermelidir.
 8. 125 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
 9. Albümin kaynağı içermelidir.
 10. HSA ilave edilmiş kullanıma hazır olmalıdır.
 11. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
 12. 37°C de dengeleme sonrası kullanıma hazır olmalıdır.
 13. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 265 +/- 5 olmalıdır.
 14. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
 15. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml
- Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

Biyolgi Özgür Gök
2011

Faik Çurukcu YAZICI
D. U. Sağlık Bakanlığı
Uygulama Merkezi
Kadın Hast. ve Doğum
Dip. Tez. No: 88918