

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

BA

TEKLİF İSTEME FORMU

13/06/2025

İlan No : 2025-06-2234
İstem No : 81103
Alım No :
Talep Eden Birim : POLİKLİNİK DEPOLARI / Algoloji Poliklinik Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 19/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TRANSSAKRAL GİRİŞİM İĞNESİ, ADEZYONOLİZİS İÇİN	15	Adet					
2	ADEZYONOLİZİS KATETERİ, KILAVUZ YAYLI	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KILAVUZ YAYLI ADEZYONOLİZİS KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Katater; floroskopi kontrolü altında epidural aralıktaki yapışıklıklarda adezyonolizis işleminin uygulanabilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Kateter; kaudal, servikal, interlaminer, transforaminal, sakral foraminal girişimlerine uygun olmalıdır.
3. Kataterin tamamı paslanmaz çelikten oluşan spiral yapıda, kırılma ve kopmalara karşı mukavemeti arttırılmış olmalıdır.
4. Kataterin uç kısım atravmatik kılavuz yaylı yumuşak pürüzsüz olmalı, enjeksiyon için uç kısmın orta bölümünde geniş spiral aralığı bulunmalıdır.
5. Kataterin kalınlığı; 19 ya da 21 gauge çapında olmalıdır.
6. Kataterin uzunluğu; 35,5 cm, 61 cm, 84,5(±2) cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Kateter iki kat tavlı flor polimer katlı ve radyoopak olmalıdır.
8. Kataterin yönlendirilebilmesi, ilerletilebilmesi ve yerleştirilme kolaylığını sağlayan metal kılavuz tel ve yedeği, kateter ile birlikte steril ambalaj içerisinde olmalıdır. İstenildiğinde Kılavuz tel kateter içinde hareket ettirilebilmeli, çıkarılabilmelidir.
9. Kataterin yapısı nörolitik ajanlarla reaksiyon vermemelidir.
10. Katater adezyonolizis işleminin yanı sıra, radyofrekans işlemi için de uygun olmalı, kataterin dış yüzeyi; uç kısımdaki enjeksiyon açıklığına kadar elektrik yalıtkan, uç kısmında ise elektrik iletken madde ile kaplanmış olmalıdır.
11. Katater ile radyofrekans işlemleri yapabilmek için ürün hastanemiz algoloji kliniğinin kullanımında olan radyofrekans cihazı ile uyumlu çalışabilmelidir. Bu uyumluluğa klinik hekimi karar ve onay verecektir.
12. Steril ambalajında kateter ile birlikte enjeksiyon için kilitlemeli konektörü bulunmalıdır.
13. Teslim edilen ürünlerin en az 2 yıl miadı olmalıdır.
14. Teslim edilecek ürünlerden talep halinde hastaneye birer adet numune bırakılacaktır.
15. Sağlık Bakanlığı, ÜTS kaydı olmalıdır.


Doç. Dr. Mesut BAKIR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Algoloji B.D.
Diy.Tes.No:152828

Prof. Dr. Sennem RUMELİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji ve Rehabilitasyon A.B.D.
Algoloji B.D.
Diy. Tan. No: 51662

KATATER İLE YAPILAN EPİDURAL ADEZYONOLİZİS İŞLEMLERİ İÇİN TRANSSAKRAL GİRİŞİM İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Girişim iğnesinin içinde stilesi olmalıdır.
2. Girişim iğnesinin uç kısmının dura ve sinirlere zarar vermemesi için, iğne ucunu künt hale getirebilen ikinci bir stilesi olmalıdır.
3. Girişim iğnesi, kataterin epidural boşlukta yönlendirilebilmesi ve kataterin dış yüzeyini sıyrılma riskini azaltmak için, yarıçap şeklinde özel (eğri) bir uca sahip olmalıdır.
4. Girişim iğnesi kılavuz yaylı adezyonolizis kataterlerinin (19G Katater – 21G Katater) girişimi için özel olarak üretilmiş olmalıdır.
5. Girişim iğnesi, 14,15,16,18 Gauge çapında olmalıdır.
6. Girişim iğnesi, en az 8 cm, en fazla 12 cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Kateter ve girişim iğnesi; kliniğin istediği ölçü ve özelliklerde teslim edilmelidir.
8. Ürünlerin Sağlık Bakanlığı ÜTS kayıtları olmalıdır.
9. Ürünler tek tek ve steril ambalajlarında olmalıdır.


Doç. Dr. Mesut BAKIR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Dip.Tec.No:152828


Prof. Dr. Sebnem KUMELI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Algoloji A.B.D.
Dip. Tec. No.: 51562