

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AY

19/06/2025

İlan No : 2025-06-2296
İstem No : 81129
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LAMBA, ULTRAVİOLE, B, PUVA CİHAZI İÇİN,100W	25	Adet					
2	LAMBA, ULTRAVİOLE, A, PUVA CİHAZI İÇİN,100W	15	Adet					
3	STARTER	40	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : PUVA CİHAZI ✓ Marka : WALDMANN ✓ Model : UV 7001 K Seri No: 72571-02		
DERMATOLOJİ ✓ POLK.	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 11.06.2025 ✓	Var []	Yok [x] ✓	Var []
			Yok [x] ✓

Arıza Özeti :

Cihazda yapılan kontrollerde UV lambalarının ömrünün dolduğu gözlenmiştir. Lambaların yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Ersin AKTAŞ Elektrik Teknisyeni	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koruyucu Hekim

Açıklama :

UVA VE UVB ULTRAVİOLE AMPÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ampüller, WALDMANN marka UV7001 K model puva cihazına uygun olmalıdır.
- 2- Ampüller, 100 W değerinde olmalıdır.
- 3- Ampüller, ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4- Ampüller, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 5- Ampül, cihazda denendikten sonra uygunluk verilmelidir.
- 6- Ampüller, garantili olmalıdır.

STARTER TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Starter S12 115/140W değerinde olmalıdır.
- 2- Ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3- Cihazda denendikten sonra uygunluk verilmelidir.
- 4- Garantili olmalıdır.


Ersin AKTAŞ
Elektrik Teknisyeni


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Tıbbi Medikal Sorumlusu

TALEP BİLGİ FORMU

Bulunduğu Bölüm	DERMATOLOJİ POLK
Cihaz Adı	GENEL PUVA
Marka	WALDMANN
Model	UV 7001 K
Seri Numarası	72571-02
Demirbaş Numarası	253.3.5/13/70515
Cihaz Çalışır Durumdamı ?	EYET (X) HAYIR ()
Garanti Bilgileri	YOKTUR
Bakım Sözleşmesi Yapılan Firma	YOKTUR

Cihaz Ek Bilgileri

Cihaz çalışmaktadır fakat tedavi süreleri uzamaktadır. Yapılan kontrollerde lambaların ömrünün dolduğu gözlenmiş olup yenileri ile değişimi gereklidir. Elimizde malzeme sayısına göre istem yapılmıştır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

BURAK GÖÇER
BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ