

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

ER

TEKLİF İSTEME FORMU

24/06/2025

İlan No : 2025-06-2355  
İstem No : 81173  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/06/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması    | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-----------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | KAN KARDİYOPLİJİ SETİ | 60     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | TUBİNG SET, ERİŞKİN   | 60     | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**ÖNEMLİ:**

**1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

**2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.


Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

## KAN KARDİYOPLEJİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem oksijenatörden alınan kanı ve kardiyopleji sıvılarını karıştırılarak elde edilen kan kardiyopleji sıvısını kalbe pompalamaya uygun olmalıdır.
2. Sistem oksijenatörden kan alacak bir hatta ve kardiyopleji sıvısı taşıyacak hatta sahip olmalı, bu iki hat pompa kafasından geçtikten sonra Y konnektörlerle birleşmelidir.
3. Kardiyoloji sıvısını taşıyan hat üzerinde y konnektörle birleştirilmiş iki hat bulunmalı, her iki hatta klips ve bir hatta filtreli hazne bulunmalıdır.
4. Sistemde elde edilecek kan kardiyoplejisi sıvısının oranı 4:1 olmalıdır.
5. Sistemin tamamı 170-200 ml sıvı ile prime edilebilmelidir.
6. Sistem oluşan kan kardiyoplejiyi hastaya taşıyacak masa hattı üzerinde basınç ölçmek için üçlü musluk ve basınç kafına sahip olmalı, masa hattı pompa hattıyla post-lock sistemiyle birbiriyle birleştirilebilir olmalıdır.
7. Basınç kafında kanın dönüşünü engellemek için tek taraflı valf olmalıdır.
8. Sistemin kendine ait tutturucusu olmalıdır.



Mersin Üniversitesi Hastane  
Kalp ve Damar Cerrahisi  
Tos. No: 110170



Mersin Üniversitesi Hastane  
Kalp ve Damar Cerrahisi  
Tos. No: 110170

## TUBİNG SET, ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp set; arter hat, venöz hat, suction hat, iki tane sump hattı, pompa kafası hattı, filtreli gaz hattı ve tüp set holderinden meydana gelmiş olmalıdır.
2. Setin venöz hattı 1/2"-1/32" çapında olmalı, 210 cm'den kısa olmamalıdır.
3. Arter hattı 3/8-3/32 çapında olmalı, 310 cm'den kısa olmamalıdır. Arteriyel hat üzerinde arteriyel filtre olmalı ve açık olan ucundan 20 cm uzakta 3/8-3/8 konnektöre takılı 3 yollu musluk olmalıdır.
4. Arter hat ve venöz hat masa kısmı birbirine 3/8-1/2 konnektörle bağlı olmalıdır: Venöz hattın en az 90 cm arter hattın en az 160cm'lik kısmı krep kâğıt içinde kalacak şekilde ambalajlanmalıdır.
5. Suction hat 1/4-1/16 çapında olmalı, 390 cm'den kısa olmamalıdır. Hattın pompa kafasına gelen kısmı 10 mm çapında 90 cm'den kısa olmayan silikondan yapılmış olmalı ve masa tarafının ucunda kontrol delikli aspiratör ucu takılı olmalıdır. Suction hat masa ucundan en az 120 cm'si içeride kalacak şekilde krep kağıda sarılı olmalıdır.
6. Sump hatlarının her ikisi de 1/4-1/16 çapında olmalı, 390 cm'den kısa olmamalı ve hatların pompa kafalarına gelen kısımları 6 mm çapında 90 cm'den kısa olmayan silikondan yapılmış olmalıdır. Bu iki hat masa tarafından 120 cm'si içeride kalacak şekilde krep kâğıda sarılı olmalıdır.
7. Setin pompa kafası hattı 3/8-1/16 çapında 200 cm'den kısa olmamalı, pompa kafasına gelen kısmı 12 mm çapında 80 cm'den kısa olmayan silikondan (1/2"-1/32") yapılmış olmalıdır.
8. Setin gaz hattı 1/4-1/16 çapında 30 cm'den kısa olmamalı, hattın ortasında gaz filtresi takılı olmalıdır.
9. Set masadaki hatları düzenlemeyi sağlayan holder içermeli ve holder tekli steril paket olmalıdır.
10. Setteki hatları ayırt etmeyi sağlamak amacıyla renk kodları olmalıdır.
11. Setin hatları medical grade polivinilklorür (PVC)'den yapılmış olmalıdır. Setteki konnektörler şeffaf polycarbonate'dan yapılmış olmalıdır.
12. Setin içerisinde ;
  - a. 2 adet üçlü musluk,
  - b. 1 adet konnektör 1/2 -1/2 çapında
  - c. 1 adet konnektör 1/4 -1/4 çapında
  - d. 1 adet konnektör 3/8-3/8-1/2 çapında
  - e. 1 adet basınç kafi (valfsiz),
  - f. 1 adet arterial filtre resirkülasyonu için tek yönlü valfli resirkülasyon hattı
  - g. 2 adet quick prime hattı

13. Set bu ihaledeki şartnamenin 1. Kalemünde yer alan **OKSİJENATÖR, ENTEGRE ARTERİYEL FİLTRELİ, YETİŞKİN** uyumlu olmalıdır.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi  
Göğüs ve Kalp Cerrahisi  
Dip. Tıp. No: 110170

Prof. Dr. Mustafa ÖZGEN  
Ünvanı: Göğüs Hastalıkları Uzmanı  
Kad. Tıp. No: 110170