

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/06/2025

İlan No : 2025-06-2305
İstem No : 81184
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : **25/06/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ETİKET, BUHAR STERİLİZASYONU	50000	Adet					
2	ETİKET, HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYONU	5000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ETİKET, BUHAR STERİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etiket 134 °C ön vakumlu otoklavlarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Etiketlerin üzerinde sterilizasyon sonrası maruziyeti gösteren toksik olmayan sınıf 1 indikatör olmalıdır. İndikatör Referans renge belirgin ve net dönüşüm sağlamalıdır.
3. Etiket çift yapışkanlı olmalı
4. Etiket tekstil, smms sterilizasyon sargısı ve sterilizasyon poşetlerine iyi yapışmalı ve sterilizasyon işlemi sonrası da yapışık kalmalı, kıvrılmamalı kolay çıkmamalıdır.
5. Etiket 35mm-40mm x 60 mm veya 50mm X 50mm ebadında olmalı ve en az beş satır yazı etikete yazılabilmelidir.
6. Etiketlerin kenarları radius kesim olmalıdır.
7. Etiketın sarımı, Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan INTERMEC marka termal yazıcılara uygun şekilde yapılmalı ve bu yazıcılarda sorunsuz çalışabilmelidir.
8. Teslim edilecek ürünle beraber aynı metraj uzunlukta wax resin ribon da teslim edilmelidir.



Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu


Ayser MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire

ETİKET, HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etiket Hidrojen Peroksit sterilizasyonunda kullanılmak üzere polietilen den üretilmiş olmalıdır. Selüloz içermemelidir.
2. Etiketlerin üzerinde sterilizasyon sonrası maruziyeti gösteren toksik olmayan sınıf 1 indikatör olmalıdır. İndikatör Referans renge belirgin ve net dönüşüm sağlamalıdır.
3. Etiketın yapışkan yüzeyi ünitemizde kullanılan, smms sterilizasyon sargısı ve sterilizasyon poşetlerine iyi yapışmalı ve sterilizasyon işlemi sonrası da yapışık kalmalı, kıvrılmamalı, kolay çıkmamalıdır.
4. Etiketın sarımı, Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan INTERMEC marka termal yazıcılara uygun şekilde yapılmalı ve bu yazıcılarda sorunsuz çalışabilmelidir.
5. Etiketlerin kenarları radius kesim olmalıdır.
6. Etiket 35mm-40mm x 60 mm ve ya 50mmx50mm ebadında olmalı ve en az beş satır yazı etikete yazılabilmelidir.
7. Teslim edilecek ürün ile beraber aynı metraj uzunlukta wax resin ribon da ücretsiz olarak teslim edilmelidir.


Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu


Ayser MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire