

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

23/06/2025

İlan No : 2025-06-2344
İstem No : 81216
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : SARF MALZEMELERİ ALIM

85

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	PİPET UCU, SARI	1000	Adet					
2	PİPET, SEROLOJİK, PLASTİK, DISPOSABLE, 5ML	500	Adet					
3	PİPET, SEROLOJİK, PLASTİK, DISPOSABLE, 1ML	500	Adet					
4	PİPET, PASTEUR, STERİL, PLASTİK	1000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

1. PİPET UCU, OTOMATİK, NONSTERİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 10-100 veya 10-200 μ l'lik otomatik pipete uygun olmalıdır.
2. Non toksik, sarı uçlar olmalıdır.

2. PİPET, SEROLOJİK, PLASTİK, DISPOSABLE, 5ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polisitren, nonpiyrogenik olmalıdır.
2. İstenilen 5 ml hacimde olmalıdır.
3. Steril, non-toksik, tek kullanımlık ve tek tek paketli olmalıdır.
4. Pipetlerde ağız kısmında steril pamuk süzgeci bulunmalıdır.
5. Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
6. LAL test prensiplerine göre endotoksin testi yapılmış olmalıdır.
7. İnsan hücresi IVF kültür ortamında kullanıma uygun olmalıdır.

3. PİPET, SEROLOJİK, PLASTİK, DISPOSABLE, 1ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polisitren, nonpiyrogenik olmalıdır.
2. İstenilen 1 ml hacimde olmalıdır.
3. Steril, non-toksik, tek kullanımlık ve tek tek paketli olmalıdır.
4. Pipetlerde ağız kısmında steril pamuk süzgeci bulunmalıdır.
5. Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
6. LAL test prensiplerine göre endotoksin testi yapılmış olmalıdır.
7. İnsan hücresi IVF kültür ortamında kullanıma uygun olmalıdır.

4. PİPET, PASTEUR, STERİL, PLASTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 3-7 ml hacminde olmalıdır.
2. Plastik, arkası kapalı, damlalık şeklinde ve geniş arka hazneli olmalıdır.
3. Steril, tek tek paketli, non toksik ve tek kullanımlık olmalıdır.
4. Gama sterilize olmalıdır.
5. İnsan hücresi IVF kültür ortamında kullanıma uygun olmalıdır.

Biyolog: Özgür Gök
Zur

Handwritten signature and stamp. The stamp includes the text: "Mikrobiyoloji", "İstanbul", "T.C. Sağlık Bakanlığı", "Mikrobiyoloji", "83910".