

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

23/06/2025

İlan No : 2025-06-2346
İstem No : 81217
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : SARF MALZEME ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PETRİ KUTUSU, DOKU KÜLTÜRÜ İÇİN, ORTASI KUYULU	300	Adet					
2	PETRİ KUTUSU, DOKU KÜLTÜRÜ İÇİN, DÖRT KUYULU	300	Adet					
3	TUTUCU (HOLDİNG) PİPETİ	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1.TUTUCU (HOLDİNG) PİPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnsan yumurtalarını aspire ederek tutup bırakabilecek ve bu işlemi yaparken yumurtanın membranına zarar vermeyecek ve mikroenjeksiyon işlemi sırasında yumurtanın dönmesini ve kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.
2. Mikropipetler borosilikat cam kapillerden imal edilmiş olmalıdır. Bu tüplerin OD $120 \pm 10 \mu\text{m}$ ve ID $15 \pm 3 \mu\text{m}$ olmalıdır.
3. Gama sterilizasyonu ile tek tek steril edilmiş ve paketlenmiş olmalıdır.
4. Endotoksin ve fare embriyo testleri yapılmış olmalıdır.
5. Holding pipetin başlangıç (arka) çapı 1mm olup pipet boyu 60- 70mm ve eğimli kısım uzunluğu 0.9 mm olmalıdır.
6. Holding pipetin tutucu uç boyutları $16 \mu\text{m}$ ' ye $104 \mu\text{m}$ olmalıdır.
7. Holding pipetin eğim açısı 300 olmalıdır.
8. Holding pipeti DNA-Free (DNA içermeyen) özellikte olacaktır ve teklif veren firma tarafından belgelenmelidir.
9. Mikropipetlerin uç kısmına 300 (otuz derece) ölçüsünde açı verilmiş olmalıdır.
10. Mikropipetler steril olarak kendine özel ve tek tek paketlenmiş olmalıdır

2. PETRİ KUTUSU, DOKU KÜLTÜRÜ İÇİN, ORTASI KUYULU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 60x15 mm ebatında olmalıdır.
2. Merkezi (ortası) kuyulu olmalıdır.
3. Polisitren, nonpiyrogenik olmalıdır.
4. Steril, non-toksik, tek kullanımlık olmalıdır.
5. En az 10 adet/paket şeklinde olmalıdır.
6. Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
7. MAE ve LAL test prensiplerine göre endotoksin testi yapılmış olmalıdır.
8. Endotoksin düzeyi 20 endotoksin ünit/device olmalıdır.
9. Optimal hücre yapışmasına ve büyümesine uygun olmalıdır.
10. İnsan hücresi IVF kültür ortamında kullanıma uygun ve IVF testi olmalıdır

3. PETRİ KUTUSU, DOKU KÜLTÜRÜ İÇİN, DÖRT KUYULU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dört ayrı kuyucuğa sahip olmalıdır.
2. Polisitren, nonpiyrogenik olmalıdır.
3. Steril, non-toksik, tek kullanımlık olmalıdır.
4. Tekli veya 4'lü adette paketlenmiş olmalıdır.
5. Gama sterilizasyon ile steril olmalıdır.
6. MAE ve LAL test prensiplerine göre endotoksin testi yapılmış olmalıdır.
7. Endotoksin düzeyi 20 endotoksin ünit/device olmalıdır
8. Optimal hücre yapışmasına ve büyümesine uygun olmalıdır.
9. İnsan hücresi IVF kültür ortamında kullanıma uygun ve IVF testi olmalıdır

Byolog: Özgür Gök
Zah

Handwritten signature and stamp.