

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

23/06/2025

İlan No : 2025-06-2345
İstem No : 81219
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : SARF MALZEME ALIMI

97

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 25/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜP, KÜLTÜR, DÜZ DOKU, 5ML	500	Adet					
2	ASPIRASYON VAKUM HATTI, FİLTRELİ, TÜP BEBEK İÇİN	50	Adet					
3	ZOR EMBRİYO TRANSFER KATETERİ	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1. TÜP, KÜLTÜR, DÜZ DOKU, 5 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek tek steril pakette veya 10'lu steril pakette, 500 adetlik kutuda olmalıdır.
2. Ürün 5 ml hacminde olmalıdır.
3. Ürünün tabanı düz olmalı çift basmalı kapaklı olmalıdır.
4. Ürün insan IVF laboratuvarında kullanıma uygun non toksik olmalıdır.
5. Ürün polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
6. Ürün üzerinde hacim ml değerlerini gösteren cetvel olmalıdır.
7. Ürün hücre kültürüne uygun ve IVF testinden geçmiş olmalıdır.
8. MAE ve LAL test prensiplerine göre endotoksin testi yapılmış olmalıdır.

Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.

2. ASPIRASYON VAKUM HATTI, FİLTRELİ, TÜP BEBEK İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp bebek merkezimizde kullanılan aspirasyon cihazı ile birlikte kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Line'in 1 ucunda aspirasyon cihazına bağlanacak hidrofobik filtre diğer ucunda aspirasyon iğnesinde bağlanacak luerlock olmalıdır.
3. Line, ucundaki hidrofobik filtre sayesinde aspirasyon cihazına sıvı kaçmasını önlemelidir.
4. Line uzunluğu 240 cm olmalıdır. Line 9,5 Fr olmalıdır.
5. Peel-open paketlenme ile sterilize edilmiş ve tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
6. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
7. Orijinal ambalajında üretici firma ismi, üretim parti seri (LOT) numarası ve son kullanma tarihi barkod numarası yazılı olmalıdır.

3. ZOR EMBRİYO TRANSFER KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün insan embriyolarının transferinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Ürün iç ve dış kateterlerden oluşmalıdır.
3. İç ve dış kateterin üzerinde penetrasyon derinliğini gösteren 1 cm aralıklarla çizgiler olmalıdır.
4. Ürün kolayca açılabilen iç paket ve dış sterilizasyon paketinden oluşmalı ve çift korumalı olmalıdır.
5. Dış kateter daha önceden anatomik şekle uygun şekillendirilmiş olmalıdır. İstenirse elle kolayca şekil alabilecek özellikte olmalıdır.
6. Dış kateterin uç kısmı top şeklinde yuvarlatılmış ve atravmatik olmalı ve penetrasyonu kolaylaştırmalıdır.
7. İç kateter ön kısmı sert metalden, orta ve uç kısmı soft ve atravmatik olmalıdır. Ön kısmın sert olması iç kateterin dış kateter içerisine geçirilmesini kolaylaştırmalıdır.
8. İç kateterdeki metal kısım içerisinde non toksik iç kateter bulunmalı ve embriyolarla metal destek arasında hiçbir temas bulunmamalıdır.
9. Ürün 19 -24cm uzunluğunda olmalıdır.
10. Ürün tek tek steril pakette olmalıdır.
11. Ürün Gamma sterilizasyon yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır ve paket üzerinde belirtilmelidir.
12. Ürün MEA ve LAL toksite testlerinden geçirilmiş olmalıdır ve paket üzerinde belirtilmelidir.

Biyolog: Özgür Gök
Zah

