

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/06/2025

KD

İlan No : 2025-06-2406
İstem No : 81259
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Bakteriyoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/06/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANTİBİYOTİK DİSKİ, CEFOXİTİN, 30MG	35	Kutu					
2	ANTİBİYOTİK DİSKİ, CEFEPİME, 30MG	30	Kutu					
3	ANTİBİYOTİK DİSKİ, CEFTRIAXONE, 30MG	30	Kutu					
4	ANTİBİYOTİK DİSKİ, CEFTAZİDİME, 10MG	30	Kutu					
5	ANTİBİYOTİK DİSKİ, CEFTAZİDİME/AVİBACTAM, 10-4MCG	5	Kutu					
6	ANTİBİYOTİK DİSKİ, TETRASİKLİN, 30MG	1	Kutu					
7	ANTİBİYOTİK DİSKİ, PIPERACİLLİN+TAZOBACTAM, 30MG+6MG	3	Kutu					
8	ANTİBİYOTİK DİSKİ, LINEZOLID, 10MG	5	Kutu					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

TEKNİK ŞARTNAME

1. ANTİBİYOTİK DİSKİ, CEFOTİK, 30 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici slika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

2. ANTİBİYOTİK DİSKİ, CEFEPİME, 30 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici slika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

3. ANTİBİYOTİK DİSKİ, CEFTRIAXONE, 30 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici slika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

4. ANTİBİYOTİK DİSKİ, CEFTAZİDİME, 10 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici slika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

5. ANTİBİYOTİK DİSKİ, CEFTAZİDİME/AVIBACTAM 10-4 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici slika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

6. ANTİBİYOTİK DİSKİ, TETRASİKLİN, 30 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici slika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

7. ANTİBİYOTİK DİSKİ, PİPERACİLLİN+TAZOBACTAM, 30 MG+6MG;

- 1- Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici slika jel bulunmalıdır.
- 2- Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
- 3- Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
- 4- Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

8. ANTİBİYOTİK DİSKİ, LİNEZOLİD, 10 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici slika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

Prof. Dr. Nuran DELİALIOĞLU
MEU Sağlık Bilimleri
ve Uygulama Fakültesi
Tıp Fakültesi
Dip. Tes. No 8031

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK
Mersin Üniversitesi Hastane
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip. Tes. No 8031