

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

A7

27/06/2025

İlan No : 2025-06-2422
İstem No : 81263
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/06/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 5MMX17-18MM	2	Adet					
2	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 5MMX15-16MM	2	Adet					
3	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 5MMX10-12MM	2	Adet					
4	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 4.5MMX10-12MM	2	Adet					
5	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 4.5MMX15-16MM	5	Adet					
6	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 4.5MMX17-18MM	5	Adet					
7	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 4.5MMX22-25MM	2	Adet					
8	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 4.5MMX26-29MM	2	Adet					
9	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI, 4.5MMX30-33MM	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

	STENT, KORONER, BALONA MONTE, İLAÇ SALINIMLI TEKNİK ŞARTNAMESİ	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	---	--

1. Stent Sirolimus salınlımlı olmalıdır.
2. Stent sistemi rapid exchange (monorail) kateter olmalı ve Stent İletim Sistemi 0.014 Kılavuz Tel İle Uyumlu olmalıdır.
3. Gönderim sisteminin kullanılabilir uzunluğu en az 140cm olmalıdır.
4. Polymer üzerindeki sirolimus dozu 1.4 µg/mm² olmalıdır.
5. Stentin damar çeperine optimal yerleşimi için, plak prolapsını engelleyici, uniform scaffold tasarımı olmalıdır.
6. İlaç tüm stent yüzeyine homojen olarak yüklenmiş olmalıdır.
7. Stent sistemi 5F guiding kateter ile kullanıma uygun olmalıdır.
8. Stentin konumunu belirlemek için balon içine proximal ve distal 2 adet radiopaque marker yerleştirilmiş olmalıdır.
9. Stentin strut kalınlığı maksimum 0.0024"/60µm olmalıdır ve tüm ölçülerde aynı olmalıdır. Kendi çapının üzerinde bir balonla şişirildiğinde (over expansion) stent yapısı bozulmamalıdır.
10. Stentin geçiş profili 0,039inch'ten yüksek olmamalıdır.
11. Stentin lezyon giriş profili 0.016" (0.41mm)den yüksek olmamalıdır.
12. Stentin yan dal koruma ve giriş özelliği olmalıdır.
13. Optimal yol alabilirlik ve lezyon geçişi için yüksek derecede esnek distal shaftta sahip olmalıdır.
14. Stentin üzerine yüklendiği balon polyamide materyalden yapılmış ve 3-fold tekniğiyle katlanmış olmalıdır. Sürtünmeyi azaltmak için balon hyrophilic kaplanmış olmalıdır.
15. Balonun Nominal basıncı 8 atm, Oranlanmış Patlama basıncı 16 atm olmalıdır.
16. Gönderim sisteminin proximal shaft dış çapı 0,67mm (2,00 F), distal shaftı dış çapı 0,89mm (2,67 F)'den yüksek olmamalıdır.
17. Saklama ömrü 24 ay olmalıdır.

İMZA	İMZA	İMZA
Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İğr. Gör. Dr. Emrah YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyo Dip. Tes. No: 195780	Prof. Dr. İ. Türkay ÖZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ AD. BAŞKANI Dip. No: 2500