

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

27/06/2025

İlan No : 2025-06-2433
İstem No : 81267
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/06/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİYALİZÖR, YÜKSEK AKIMLI, SENTETİK, 1.3M ²	500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DIYALİZÖR SENTETİK YÜKSEK AKIMLI 1.2-1.3 M² TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dializörler Hollow-Fiber tipinde olmalıdır.
2. Dializör tek kullanımlık olmalıdır.
3. Diyalizör membran materyali, polysulfone veya poliamid, kuru tipte olmalıdır.
4. Dializör 1.2-1.3 M² yüzey alanına sahip olmalıdır.
5. Dializör 500 mmHg basınca kadar ve dış yapısı kırılma, çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Membran kalınlığı 20-60 mikron, priming volume 65-120 ml ve rezidüel kan volümü 1ml den fazla olmamalıdır.
7. Dializör biouyumlu bir niteliğe sahip olmalıdır. Bu açıdan aşağıdaki özellikleri göstermelidir.
 - a. Protein absorpsiyonu olmamalıdır.
 - b. Kompleman aktivasyonuna yol açmamalı.
 - c. Düşük trombojenisiteye sahip olmalıdır.
8. Dializör kan akımı 200-600 ml/dk, dializat akımı ise 400-800 ml/dk arasında fonksiyon gösterebilmelidir.
9. Malzeme orijinal steril ambalaj halinde teslim edilecektir. Her ambalajda; malzemenin ulusal bilgi bankası kod numarası, teknik özellikleri, sterilizasyon ve miad bilgileri bulunmalıdır.
10. Diyalizör sterilizasyon yöntemi minimum hasta reaksiyonuna yol açması nedeniyle buhar, inline buhar veya gama ışınlama ile yapılmış olmalıdır.
11. Dializörlerin miyadı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
12. Dializör biofonksiyonel nitelikte olmalıdır. Bu açıdan üre, kreatinin, fosfor, B12 vitamini, invitro klirens, Kuf değerlerinin QB=300 ml/dk koşullarında, bilimsel olarak kabul edilen değerler düzeyinde olması gereklidir.

Prof. Dr. Ahmet Alper KIVKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Dip. T. S. No: 63744

Esra KÖSE
Hemodiyaliz
Sağlık Hemşiresi