

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/06/2025

İlan No : 2025-06-2410
İstem No : 81312
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/06/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GUIDE WIRE, PTCA, PILOT 50, DÜZ UÇLU, HİDROFİLİK, 0.014", 190CM	40	Adet					
2	PERİKARDİO SENTEZ KİTİ, 8.-8.3FR	5	Adet					
3	KATETER, TROMBÜS, İNTRAKORONER, ASPİRASYON, 6F	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız" <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

1. GUIDE WIRE, PTCA, PILOT 50, DÜZ UÇLU, HİDROFİLİK, 0.014", 190CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Guide wire, kronik total lezyonlarda (chronic total occlusion; CTO) kullanıma uygun olmalı ve bu amaç için özel üretilmiş olmalıdır.
2. Guide wire, kronik total lezyonlarında uygulanan tüm yaklaşımlar (anterograd, retrograd) ve tekniklerde (drilling, penetrating, paralel wire, STAR, mikrokanal, CART teknik gibi) kullanılabilmesi, koroner revaskülarizasyon destek kateterleri (mikrokateter) ile uyumlu olmalıdır.
3. Gövde yekpare olmalı, ekleme olmamalıdır.
4. Guide wire distal segmenti (yumuşak kısım) sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (hidrofilik) sahip olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalıdır.
5. Guide wire, mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda bağlantısız olmalıdır.
6. Guide wire yüksek düzeyde kontrol edilebilir ve güvenli penetrasyon için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Guide wire uç direnci 1.5 gr olmalı, mükemmel esnekliğin yanı sıra destek verici özellikte olmalıdır.
8. Guide wire'in X-Ray altında görünebilen uzunluğu, lezyon görüntüsünü kapatmayacak şekilde, en fazla 3 cm olmalıdır.
9. Guide wire'in uç kısmı, şekil verilebilmeye müsait olmalıdır.
10. Guide wire'in uç kısmı işlem esnasında kolayca deforme olmamalı ve strüktürünü muhafaza etmelidir.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA Dr. Gökür Emirhan YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoangiyo Nispetiye Tesisleri 225730	İMZA Prof. Dr. T. Türcay ÖZCAN Mersin Univ. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ A.D. BAŞKANI Diy. No: 2500
---	--	---

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

2. PERİKARDİO SENTEZ KİTİ, 8-8.3FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set pericardiosentez işlemi için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. 1 adet 8- 8.3F 40cm.ölçüde ve 6 adet sideport'u bulunan pigtail uçlu pericardiosentez kateteri olmalıdır.
3. 1 adet 0.038" 70cm.ve 3mm. J uçlu stiff Gw olmalıdır.
4. 1 adet 18G/15cm. İğne ve bu iğne ile uyumlu kılıf olmalıdır.
5. Uygun ölçülerde dilatör olmalıdır.
6. Bağlantı aparatları, üç yollu musluk ve alligator clip olmalıdır.
7. Drenaj torbası olmalıdır.
8. Kateter kolay giriş sağlaması için tapered uç konfigürasyonuna sahip olmalıdır.

3. KATETER, TROMBÜS, İNTRAKORONER, ASPIRASYON 6F TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aspirasyon kateteri koroner veya periferik arterlerde bulunan taze, yumuşak emboli veya trombus aspirasyonu için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. Sistemin 6F veya 7F guiding kataterler ile kullanıma uygun seçenekleri bulunmalıdır.
3. Aspirasyon lümeni ise 6F kateter için 0.014inç altında olmamalıdır.
4. Sistem rapid Exchange (monorail) olmalı, kateter uzunluğu 140 cm'den az olmamalı, 0.014 inç guidewire ile sorunsuz kullanılmalıdır.
5. Uç yapısı tapered yapıda olmalıdır.
6. Proksimal dış ölçüsü en fazla 0,066inc olmalıdır, set içerisinde 2 adet en az 30 ml'lik kilitli şırınga, filtrasyon kabı, 3'lü musluk ve kateter bağlantısı sağlayacak uzatma hattı olmalıdır.
7. Teklif edilen kateterlerde aspirasyon oranı 6F kateter için 30cc den düşük olmamalıdır.
8. Kateter yüksek hassasiyetli hidrofilik kaplı olmalıdır.
9. Sistem koroner içi trombüs aspirasyonuna uygun, torkabilitesi ve iletilebilme özelliği yüksek olmalıdır.
10. Kateterin kuvvetli hafızası olmalı, guidewire ile düzeltildikten sonra bile eski haline gelmelidir.
11. Kateter manipasyonu ile kırılmaya dayanıklı olmalıdır.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel CALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA İç. Gör. Dr. Emrah YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. Tes. No: 155780	İMZA Prof. Dr. İ. Tarkan ÖZCAN Mersin Üny. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ A.D. BAŞKANI Dip. No: 2500
---	---	--