

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/07/2025

İlan No : 2025-07-2526
İstem No : 81330
Alım No :
Talep Eden Birim : Restoratif Diş Tedavisi / Restoratif Diş Tedavisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KOMPOZİT SETİ, DENTAL KULLANIM AMAÇLI	5	Kutu					
2	SİLİKON POLİSAJ DİSK LASTİĞİ	50	Kutu					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KOMPOZİT SET TEKNİK ŞARTNAMESİ (SUPRA-NANO SFERİK ESASLI ANTERİÖR)

- 1) Işınla sertleşen özellikte, orijinal ambalajlı ve şırınga tüplerde olmalıdır.
- 2) Supra nano esaslı olmalı, partikülleri silika zirkonyum içermelidir.
- 3) Ürün içeriğinde ortalama 0.1 ila 03 µm büyüklüğünde silika-zirkonyum esaslı doldurucular, Bis-GMA, BisMPEPP, UDMA, TEGDMA, dl-camphorquinone ve Mequinol bulunmalıdır.
- 4) Tek kat (mono layer) veya tabakalamalı olarak işlenebilir olmalıdır.
- 5) Bukalemun efekti etkisi gösterebilmelidir.
- 6) Reflektör ışığı altında 90 saniyeye kadar çalışma süresi olmalıdır.
- 7) En fazla 10 saniyede ışınlanabilmelidir.
- 8) Nano partiküller submikron filler ve organik dolduruculardan oluşmalıdır.
- 9) Kompozitin polimerizasyon büzülmesi en fazla % 1.3 olmalıdır.
- 10) Polimerizasyon sonrası renk değişimine en az indirgeyen yansıtma özelliğine sahip matris içermelidir.
- 11) Hacimce azalması en az 0 ila 0.02 mm³ aralığında, aşınma direnci en az 0 ila 2 µm aralığında olmalıdır. Bu değerler orijinal broşürden ve üretici firmanın web sitesinden görülebilmeli, bu web adresleri teklifle beraber verilmelidir.
- 12) Esneklik gücü en az 100 Mpa, basınç mukavemeti en az 400 Mpa değerinde olmalıdır. Bu değerler orijinal broşürden ve üretici firmanın web sitesinden görülebilmeli, bu web adresleri teklifle beraber verilmelidir.
- 13) Üstün parlatalabilirlik ve translucent özelliği olmalıdır.
- 14) Ürün hem anterior hem de posterior içinde kullanılabilir.
- 15) Set içerisinde 7 adet dentin rengi, 5 adet mine rengi olmak üzere en az 12 adet rengi olmalıdır.
- 16) Dentin renkleri A1B - A2B - A3B - A3.5B- A4B- B3B- BL mine renkleri NE - OcE - WE - YE - TE şeklinde olmalıdır.
- 17) Ürün refil olmalıdır. Renkler kurumun ihtiyacına göre verilecektir.
- 18) Radyo opak olmalı, radyoopasitesi %190AL olmalıdır.
- 19) Her bir şırıngada en az 4 gr. (2 ml) olmalıdır.
- 20) Malzemenin orijinal msds sayfası teklif aşamasında sunulmalıdır. MSDS belgesi verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

SİLİKON POLİSAJ DİSK LASTİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün ile sadece 2 adımda kompozit materyallerin doğal parlaklığa ulaşılan polisaj işlemi tamamlanabilmelidir.
2. Ön parlatma için medium formatta silikon lastikler ve final polisaj işlemi için sert formda silikon lastik diskler olmalıdır.
3. Silikon lastikler elmas tozu ile kaplanmış olmalı ve disk formunda olmalıdır.
4. Farklı restorasyonlar için ayrı ayrı formlarda diskler gerek olmamalıdır sadece iki aşamada insical, labial, lingual, approximal yönlerden polisaj işlemi gerçekleştirilebilmelidir.
5. Ürünler düşük devirde uygun aletler ile sulu kullanıma uygun olmalı ve birden fazla kullanılabilir.
6. Her bir paket içerisinde en az 3 adet medium form ve en az 3 adet bitim formunda silikon diskler olmalıdır.
7. Disklerin kullanım sırasını kolaylaştırmak için açık mavi ve koyu mavi olmak üzere iki renkte olmalıdır.