

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

27/06/2025

İlan No : 2025-06-2437
İstem No : 81352
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 30/06/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİJİTAL FLEXİBLE ÜRETERORENOSKOP, ULTRA-İNCE, DISPOSABLE	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız" <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>" adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DİJİTAL FLEXİBLE ÜRETERORENOSKOP, ULTRA-İNCE, DİSPOSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

İdrar yolundan böbreklere girilerek böbrek içindeki taşların holmium lazer ile parçalanması ve taşların çok küçük parçalara ayrılarak, taşların temizlenmesi ve bu aşamada görüntüleme işlemleri için tasarlanmış olmalıdır.

Sistem, Disposable Fleksible Üreterorenoskop ve çok kullanımlık Prosesörden oluşmalıdır. **Disposable Fleksible Üreterorenoskop:**

1. Disposable Fleksible Üreterorenoskop dış çapı **EN FAZLA 6.3 Fr** olmalıdır. Hastalardaki travmayı minimize etmek ve gerektiğinde pediatrik hastalarda kullanabilmek için daha büyük çaplı ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu husus hem katalog hem de yapılacak demonstrasyon vaka çalışmasında tespit edilecektir.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. Görüş alanı en az 120° olmalıdır.
4. Görüş açısı 0° olmalıdır.
5. Pozitif defleksiyon mekanizmalı olmalıdır. Açı mekanizması sayesinde distal uçta elde edilen detleksiyon yukarı doğru 285°, aşağı doğru 285° olmalıdır. Özellikle alt kalikslerdeki defleksiyon kabiliyeti yüksek olmalıdır.
6. Çalışma uzunluğu 65cm olmalıdır.
7. Çalışma kanalı bulunmalıdır. Kanal çapı 3.6 Fr. olmalıdır.
8. Elcek kısmında en az 2 adet fonksiyonel buton bulunmalıdır.
9. Skopun herhangi bir zaman kısıtlaması olmamalıdır.
10. Otomatik ışık ayarı bulunmalıdır, parlama meydana geldiği zaman kendi ışığını otomatik olarak kısabilmelidir.
11. Chip-on-tip teknolojisine sayesinde distalde CMOS kamerası olmalı ve peteksi olmayan, dijital görüntü sağlamalıdır.
12. Doğrudan görüntüleme ünitesine bağlanabilmelidir.
13. Teklif edilecek Disposable Fleksible Üreterorenoskop, **azami 9/11 Fr.** Access (Girişim) kılıfı içerisinde yeterli akış sağlayacak ve intrarenal basıncı artırmayacak şekilde çalışabilmelidir. Bu husus yapılacak demonstrasyon vaka çalışmasında tespit edilecektir.
14. Teklif edilen Disposable Fleksible Üreterorenoskop ameliyathanede kullanılan Prosesörde çalışmalı ve tam uyumlu olmalıdır. Uyumlu olmayan firmalar hastanenin talep ettiği kadar prosesör'ü (Görüntüleme Ünitesi) mülkiyeti tedarikçi firmada kalmak koşuluyla hastanenin
15. kullanımına bırakacak ve 3 ayda bir periyodik olarak bakımını yapacaktır.
16. Hastanenin kullanımına bırakılacak prosesör veya 15" monitör veya 8" monitör aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

LCD Görüntüleme Monitörü 15.6":

1. Disposable Flexible Üreterorenoskop ile tam uyumlu olmalıdır.
2. Ekran boyutu 15.6" olmalıdır.
3. Ekran çözünürlüğü en az 1920 x 1080 piksel olmalıdır.
4. En az bir adet HDMI, DVI ve SDI çıkışı bulunmalıdır. Bu çıkışsayesinde hastanede bulunan mevcut endovizyon sisteminin monitörüne bağlanabilmelidir.
5. Renkli TFT LCD dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.
6. LED seviyesi / keskinlik / renk tonu / kontrast gibi görüntü ayarları bulunmalıdır.
7. Çift ekran destekli olmalı ve rotasyon özelliği bulunmalıdır.
8. En az 3 farklı görüntü formatı sunabilmelidir. (Kare, Daire vb.)
9. Menüsü İngilizce dahil olmak üzere çoklu dil destekli olmalıdır. Busayede tüm kullanıcılar için kullanım kolaylığı sağlamalıdır.
10. Hafıza/Veri transferi yapılabilmelidir. Bu transfer için monitör üzerinde USB portu bulunmalıdır
11. Cihazın dahili en az 64 GB (işletim sistemi dahil) hafızası olmalıdır. Dilendiği zaman taşınabilir bellek takılarak bu hafıza artırılabilir.

Doç. Dr. Caner İSİBİL
MEÜ Sağlık Hizmetleri ve Uygulama Merkezi
Çocuk Geriatri A. D.
Dip. Tes. No. : 13229 / 11m. Tes. No. : 1031

Dr. Gür Üyesi İSİBİL
MEÜ Sağlık Hizmetleri ve Uygulama Merkezi
Çocuk Geriatri A. D.
Dip. Tes. No. : 13229 / 11m. Tes. No. : 1031