

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/07/2025

İlan No : 2025-07-2562
İstem No : 81361
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyasyon Onkolojisi / Radyasyon Onkolojisi Polikliniği
Konu : SARF MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	HİSTEROMETRE, RİJİT, 32CM	1	Adet					
2	HİSTEROMETRE, 25-35CM	1	Adet					
3	SPEKÜLÜM, VAJİNAL, 100MMX35MM	3	Adet					
4	SPEKÜLÜM, VAJİNAL, 110MMX40MM	3	Adet					
5	SPEKÜLÜM, VAJİNAL, 95MMX18MM	1	Adet					
6	FORSEPS, TENEKÜLÜM, TEK DİŞLİ, 23-30CM	3	Adet					
7	FORSEPS, SPANÇ TUTMA KLEMPİ, EĞRİ, DİŞSİZ, 27CM	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN

HASTANE MÜDÜR YRD.

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları**

METAL SPEKÜLÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi malzeme paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3.Tavan lambası altında ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemedan yapılmış olmamalıdır.
4. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerde kırılmamalı.
5. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 santigrat derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır
- 6.Spekülüm 110X40mm ölçülerinde olmalı ve kilit mekanizması bulunmalıdır.
- 7.Cerrahi aletlerin üzerinde CE işareti ve paslanmaz çelikten imal edildiğine dair üzerinde 'stainless' ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama şeklinde olmalıdır.
- 8.Cerrahi aletlerin üzerinde veri 'matrix barkotları' olmalıdır.
- 9.Teklif edilen ürüne ait UBB belgesi verilmelidir.
- 10.Teklif veren firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
11. Teklif veren firmaların idaremizce istendiği takdirde numune vermeleri gerekmektedir.
- 12.2 yıl garantili olmalı.

EL ALETİ TÜRÜ	ÇELİK TÜRÜ	HRC - SERTLİK
SPEKÜLÜM	X20Cr13	42 - 50

Dr. Öğr. Üyesi Eda Bengi YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 89840

Dr. Öğr. Üyesi Şükran KSKICI ÖZTEP
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 89121

HİSTEROMETRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi malzeme paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3.Tavan lambası altında ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerde kırılmamalı.
5. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 santigrat derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır
6. Uzunluğu en az 25-35cm olmalı
- 7.Cerrahi aletlerin üzerinde CE işareti ve paslanmaz çelikten imal edildiğine dair üzerinde 'stainless' ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama şeklinde olmalıdır.
- 8.Cerrahi aletlerin üzerinde veri 'matrix barkotları' olmalıdır.
- 9.Teklif edilen ürüne ait UBB belgesi verilmelidir.
- 10.Teklif veren firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
11. Teklif veren firmaların idaremizce istendiği takdirde numune vermeleri gerekmektedir.
- 12.2 yıl garantili olmalı.

EL ALETİ TÜRÜ	ÇELİK TÜRÜ	HRC - SERTLİK
HİSTEROMETRİ	X46Cr13; X20Cr13	50 – 58;42-50

Dr. Öğrt. Üyesi Eda Bengi YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 89840

Dr. Öğrt. Üyesi Şükran ESKİCİ ÖZTEP
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 88121

METAL SPEKÜLÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi malzeme paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3.Tavan lambası altında ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerde kırılmamalı.
5. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 santigrat derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır
- 6.Spekülüm 100x35mm ölçülerinde olmalı ve kilit mekanizması bulunmalıdır.
- 7.Cerrahi aletlerin üzerinde CE işareti ve paslanmaz çelikten imal edildiğine dair üzerinde 'stainless' ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama şeklinde olmalıdır.
- 8.Cerrahi aletlerin üzerinde veri 'matrix barkotları' olmalıdır.
- 9.Teklif edilen ürüne ait UBB belgesi verilmelidir.
- 10.Teklif veren firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
11. Teklif veren firmaların idaremizce istendiği takdirde numune vermeleri gerekmektedir.
- 12.2 yıl garantili olmalı.

EL ALETİ TÜRÜ	ÇELİK TÜRÜ	HRC - SERTLİK
SPEKÜLÜM	X20Cr13	42 - 50

Dr. Öğrt. Üyesi Eda Bengi YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 89840

Dr. Öğrt. Üyesi Şükran ESKİCİ ÖZTEP
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 88121

HİSTEROMETRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi malzeme paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3.Tavan lambası altında ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerde kırılmamalı.
5. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 santigrat derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır
6. Uzunluğu en az 32cm olmalı
- 7.Cerrahi aletlerin üzerinde CE işareti ve paslanmaz çelikten imal edildiğine dair üzerinde 'stainless' ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama şeklinde olmalıdır.
- 8.Cerrahi aletlerin üzerinde veri 'matrix barkotları' olmalıdır.
- 9.Teklif edilen ürüne ait UBB belgesi verilmelidir.
- 10.Teklif veren firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
11. Teklif veren firmaların idaremizce istendiği takdirde numune vermeleri gerekmektedir.
- 12.2 yıl garantili olmalı.

EL ALETİ TÜRÜ	ÇELİK TÜRÜ	HRC - SERTLİK
HİSTEROMETRİ	X46Cr13; X20Cr13	50 – 58;42-50

Dr. Öğrt. Üyesi Eda Bengi YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 89840

Dr. Öğrt. Üyesi Şükran ESKİCİ ÖZTEP
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 88121

METAL SPEKÜLÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi malzeme paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3.Tavan lambası altında ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerde kırılmamalı.
5. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 santigrat derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır
- 6.Spekülüm 95x18mm ölçülerinde olmalı ve kilit mekanizması bulunmalıdır.
- 7.Cerrahi aletlerin üzerinde CE işareti ve paslanmaz çelikten imal edildiğine dair üzerinde 'stainless' ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama şeklinde olmalıdır.
- 8.Cerrahi aletlerin üzerinde veri 'matrix barkotları' olmalıdır.
- 9.Teklif edilen ürüne ait UBB belgesi verilmelidir.
- 10.Teklif veren firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
11. Teklif veren firmaların idaremizce istendiği takdirde numune vermeleri gerekmektedir.
- 12.2 yıl garantili olmalı.

EL ALETİ TÜRÜ	ÇELİK TÜRÜ	HRC - SERTLİK
SPEKÜLÜM	X20Cr13	42 - 50

Dr. Öğrt. Üyesi Eda Bengi YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 89840

Dr. Öğrt. Üyesi Şükran ESKİCI ÖZTEP
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 89121

FORSEPS, TENEKÜLÜM, TEK DİŞLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi malzeme paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3.Tavan lambası altında ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerde kırılmamalı.
5. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 santigrat derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır
- 6.Eklem yerleri rahat çalışabilmeli ve paslanmamalıdır. Kilit mekanizması sorunu yaşanmamalıdır.
- 7.Cerrahi aletlerin üzerinde CE işareti ve paslanmaz çelikten imal edildiğine dair üzerinde 'stainless' ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama şeklinde olmalıdır.
- 8.Cerrahi aletlerin üzerinde veri 'matrix barkotları' olmalıdır.
- 9.Uzunluğu en az 23-30cm arasında olmalıdır.
- 10.Teklif edilen ürüne ait UBB belgesi verilmelidir.
- 11.Teklif veren firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
12. Teklif veren firmaların idaremizce istendiği takdirde numune vermeleri gerekmektedir.
- 13.2 yıl garantili olmalı.

EL ALETİ TÜRÜ	ÇELİK TÜRÜ	HRC - SERTLİK
TENEKÜLÜM	X20Cr13	40 - 48

Dr. Öğrt. Üyesi Eda Bengi YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 89840

Dr. Öğrt. Üyesi Şükran ESKİCİ ÖZTEP
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 88121

FORSEPS, SPANÇ TUTMA KLEMPİ, EĞRİ, DİŞSİZ

1. Cerrahi malzeme paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Tavan lambası altında ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemedan yapılmış olmamalıdır.
4. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerde kırılmamalı.
5. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 santigrat derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır
6. Eklem yerleri rahat çalışabilmeli ve paslanmamalıdır. Kilit mekanizması sorunu yaşanmamalıdır. Ağız kısımları dokuları tam etkinlikte tutacak hassasiyet ve yapıda olmalıdır.
7. Cerrahi aletlerin üzerinde CE işareti ve paslanmaz çelikten imal edildiğine dair üzerinde 'stainless' ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama şeklinde olmalıdır.
8. Cerrahi aletlerin üzerinde veri 'matrix barkotları' olmalıdır.
9. Uzunluğu en az 25-27cm olmalı
10. Teklif edilen ürüne ait UBB belgesi verilmelidir.
11. Teklif veren firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
12. Teklif veren firmaların idaremizce istendiği takdirde numune vermeleri gerekmektedir.
13. 2 yıl garantili olmalı.

EL ALETİ TÜRÜ	ÇELİK TÜRÜ	HRC - SERTLİK
PENSET STANDART	X50CrMoV15; X38CrMoV15	50 - 58

Dr. Öğrt. Üyesi Eda Bengi YILMAZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 89840

Dr. Öğrt. Üyesi Şükran ESKİCİ ÖZTEP
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi
Dip. Tes. No. : 88121