

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

GT

TEKLİF İSTEME FORMU

30/06/2025

İlan No : 2025-06-2447
İstem No : 81369
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Günübirlık
Konu : SARF MALZEME ALIMı

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DOKU YENİLEME SOLÜSYONU, İNTRAVEZİKAL, HYALURONAT İÇEREN	8	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DOKU YENİLEME SOLÜSYONU, İNTRAVEZİKAL, HYALURONAT İÇEREN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün hyaluronik asit esaslı Sodyum hyaluronat-fosfat tamponu veya sodium hyaluronat –Adelmidrol kombinasyonundan oluşmalıdır.
2. Ürün 50 ml lik ambalajda en az %0,16 80 mg hyaluronik asit içerikli olmalıdır. Bir ambalaj bir tedavi dozu olmalıdır.
3. Ürün; kronik ve tekrarlayan Sistit, İnterstiyal sistit, radyasyon sistiti, sistit sebepli idrar retansiyonu ve tümörleri, hiperaktif mesane vakalarında , çeşitli tıbbi girişimlerde (sistoskopi, radyasyon terapisi vb) mesane ve üretral uretolyum matriksi için viskoelastik koruyucu olması amaçlarıyla kullanılmalıdır.
4. Ürünün : kalıcı terapötik etki ve GAG katmanı geri kazanımında uzun süreli dirençli etki sağlaması için moleküler kütlesi en az 1500 kDA (1,5MDa) olmalıdır.
5. Materyal kolay uygulanabilmesi için 50 ml lik kilitli katater konektörlü mediflex poşette veya luorlock enjektörde olmalıdır.
6. Ürün çift steril pakette bulunmalıdır. Böylelikle dış paket yanlışlıkla açılrsa bile, iç paket kilitli katater konektörü kırılmadığı sürece ürünün sterillliğini korumalıdır.
7. Ürüne ait ülkemizde veya başka ülkelerde yapılmış ve yayınlanmış Sistit- Radyasyon sistiti vb endikasyonlarda kullanıldığına dair çalışmaları bulunmalıdır.
8. Materyal bio uyumlu apirojenik olmalıdır.
9. Materyal hayvansal bazlı olmamalıdır.
10. Ürünün Ph değeri 7.1-7.3 olmalıdır.
11. Ürün herhangi bir madde karıştırılmadan kullanılmalıdır.
12. Ürün buhar ile steril edilmiş olmalıdır.
13. Ürün oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

Prof. Dr. Erdem AKSOY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Uroloji A.B.D.

Prof. Dr. Hasan Edal DÖRÜK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Uroloji
Dp. No: 40252-55177